



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53

Ταχ. Κώδικας : 20131

Πληροφορίες : Ε. Κυριακού

Τηλέφωνο : 27413-61898

Fax : 27410-20529

E-mail: prom@hospkorinthos.gr

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού (ΣΩΛΗΝΕΣ – ΦΙΛΤΡΑ - ΜΑΣΚΕΣ)
ΑΔΑ: 9ΥΤΜ4690Β5-Α3Ρ - CPV 1311 ΚΑΕ 1311 (2.734,00€)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).

1.2 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

1.3 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

1.4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

1.5 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

1.6 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

1.7 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

1.8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.

1.9 Του Ν.4762/2020 (ΦΕΚ τ.Α'/251/16-12-2020) «κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021»

1.10 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.11 του Π.Δ.39/2017 (ΦΕΚ τ.Α'/64/04-05-2017) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

1.12 Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία »

1.13 Του Ν.4798/2021, Άρθρα 266, 267, 268 (ΦΕΚ τ.Α'/68/24-04-2021) «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την υπ.αριθμ.Υ4α/οικ.112159 (ΦΕΚ τ.Β'/3284/10-12-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας περί Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.2. Την υπ.αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.590 (ΦΕΚ 5/10-01-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου

2.3. Την **αρ.6^η/20-03-2020 (θ:1^ο)** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου **περί** Έγκρισης του Ετήσιου προγραμματισμού προμηθειών και Υπηρεσιών χρήσης 2020 και Έγκρισης σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σε εφαρμογή του Ετήσιου προγραμματισμού προμηθειών και Υπηρεσιών χρήσης 2020 και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (Πιστώσεις 2020-2021-2022)

2.4. Την αριθ.πρωτ.131576/ΕΞ 2020/18-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «**Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020**». (ΑΔΑ: ΩΣΟΥΗ-ΩΒΩ)

2.5 Την αριθ. πρωτ:2/48219 /ΔΠΓΚ 22 Φεβρουαρίου 2021 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021».

2.6 Την υπ' αριθμ.πρωτ.Β2.α/Γ.Π.17162/24-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΣΥ465ΦΥΟ-ΘΦΣ) Απόφαση Υπουργού Υγείας με θέμα: «**έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου**».

2.7 Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π. 42646/14.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΓΔ0465ΦΥΟ-ΧΞ7) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

2.8 Την επικείμενη διενέργεια Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, CPV 33192000-2, προϋπολογισθείσας δαπάνης 109.757,26€ συμπ/νου ΦΠΑ, για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2020, όπου συμπεριλαμβάνονται τα ζητούμενα είδη

3. Τα έγγραφα

3.1 Τις αριθμ.πρωτ. 15692/15-07-21, 13481/16-06-21, 13074/11-06-21, 14341/01-07-21, 13073/11-06-21, 7973/14-06-21, 15277/1907-21, αναφορές του Γρ. Υλικού του Νοσοκομείου μας

3.2. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: αρ.πρ. 26-07-2021 - ΑΔΑ: 9ΥΤΜ4690Β5-Α3Ρ - ΚΑΕ 1311 (2.734,00€)

Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: **Υγειονομικού υλικού (ΣΩΛΗΝΕΣ – ΦΙΛΤΡΑ - ΜΑΣΚΕΣ)** για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.

2. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, για τις ανάγκες της διαχείρισης του Νοσοκομείου μας, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** προϋπολογισμού δαπάνης 2.734,00€ μέχρι την υλοποίηση του σχετικού διαγωνισμού σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2020 και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

A/A	Κωδικός	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Απόφαση - Π.Τ.	ΤΙΜΗ
1	2405-0001067	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	40	52.5.46	0,165
2	2405-0001065	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	40	52.5.28	0,139
3	2405-0001066	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	40	52.5.28	0,139
4	2501-0011410	ΜΑΣΚΕΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗ Ο2	750	5.1.34	0,432
5	2501-0011411	ΜΑΣΚΕΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗ. Ο2	30	5.5.12	0,689
6	2501-0011412	ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	800	5.1.37	0,3339
7	2405-0001214	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΜΧ	350	5.1.41	0,259
8	2405-0002509	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ	30	5.5.49	0,34
9	2501-0011413	ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	30	5.5.71	0,57
10	2405-0001206	ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΓΙΑ ΧΟΡΗ. Ο2	10	5.5.29	2,8
11	2405-0002644	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟ 20 ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΠΑΙΔΩΝ	20	7850/27-03-2020	1,5
12	2405-0001499	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟ 30 ΕΝΗΛ	500	52.5.95	0,12
13	2405-0001473	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΝΟ 7 ΕΝΔΟ/ΑΚΟΙ	100	5.5.132	0,472
14	2405-0001475	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΝΟ 8 ΕΝΔΟ/ΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙ/ΧΑ Σ	250	52.5.32	0,4008
15	2405-0001505	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΟ 8 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΔΙΑ/ΣΗΣ	20	52.5.32	0,4008
16	2405-0001504	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΟ 8.5 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΔΙΑ/ΣΗΣ	20	52.5.62	0,512
17	2405-0001502	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣ- ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΟ 7.5 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΔΙΑ/ΣΗΣ	20	52.5.10	0,4008
18	2405-0001557	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1/2"	15	52.2.11	0,34
19	2405-0001560	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 3/4"	100	12269/01-06-21-2	1,2
20	2405-0001553	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 3/8"	20	12269/01-06-21-2	1,2

A/A	Κωδικός	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Απόφαση - Π.Τ.	ΤΙΜΗ
21	2405-0001497	ΣΩΛΗΝΕΣ T-TUBE O2 ME Nebulizer	30	12269/01-06-21-3	0,8
22	2405-0001539	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙ/ΜΙΑΣ NO 7.5 ΔΙΠΛΟΥ CUFF	5	21556/15-09-2020	18,45
23	2405-0001531	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 7 ME CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ	10	52.5.88	3,65
24	2405-0001534	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 7.5 ME CUFF ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙ/ΝΗΣ	10	52.5.88	3,65
25	2405-0001535	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 8 ME CUFF ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙ/ΝΗΣ ΣΤ	10	52.5.88	3,65
26	2405-0001532	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 8.5 ME CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ	10	52.5.88	3,65
27	2405-0001529	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ME CUFF NO 7.5 ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ	10	52.5.88	3,65
28	2405-0003903	ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΔΡΟΦΟΒΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ	50	12269/01-06-21-5	0,51
29	2405-0003670	ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΔΟΤΡ. ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜ/ΚΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	250	12269/01-06-21-5	0,91
30	2405-0001622	ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ-ΕΝΔΟ/ΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜ	50	5713/10-03-21-7	0,49
31	2405-0001626	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ-ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗΣ	10	12269/01-06-21-5	0,51
32	2405-0002646	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ-ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	100	5713/10-03-21-7	0,49
33	2405-000310	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ	10	νέο είδος	
34	2405-0011749	Ρινοτραχειακοί σωλήνες No 6,5	10	νέο είδος	
35	2405-0011750	Ρινοτραχειακοί σωλήνες No7	10	νέο είδος	
36	2405-0011751	Ρινοτραχειακοί σωλήνες No 7,5	10	νέο είδος	
37	2405-0003710	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑ	10	νέο είδος	
38	2405-0001014	ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 180CM ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣ.	100	52.4.11	3,2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 2405-0002640,2405-0002639,2405-0001477,2405-0001478,2405-0001473,2405-0001474,2405-0001475,2405-0001505,2405-0001504,2405-0001502,2405-0001539,2405-0001536,2405-0001530,2405-0001531,2405-0001534,2405-0001535,2405-0001529,2405-0002673,2405-0001481,2405-0001483,2405-0001482,2405-0001484,2405-0001546, * ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ME CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (HI-LO) CLEAR PROFILE SOFT SEAL CUFF ORAL-NASAL ME MURPHY EYE Από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτός από το ανθρώπινο σώμα και να διευκολύνει το εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.

* Να είναι σχετικά σκληροί για να μην κάμπτονται για εύκολη διασωλήνωση αλλά ο σωλήνας στους 37 βαθμούς μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.

*Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff,ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού

* Το CUFF να είναι από ειδικά επεξεργασμένο υλικό,έτσι ώστε να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.

* Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση.

(Αυτό επιτυγχάνεται, καθώς το cuff στους σωλήνες από το Νο.7 έως το Νο.10 έχει την ίδια εσωτερική διάμετρο)

*Διευκολύνοντας

έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.

* Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.

*Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.

*Να φέρει ειδική γραμμή σήμανσης βάθους, σε απόσταση 3cm από το cuff που διευκολύνει την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας.

* Ακτινοσκοπικοί BLUE LINE

*Αποστειρωμένοι μιας χρήσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ 2405-0003903 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΔΡΟΦΟΒΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ για να κρατούν το 100% των σωματιδίων σε υγρό περιβάλλον με αντοχή υγρασίας πάνω από 150 milibar.

1 . ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, αντιμικροβιακά , υδρόφοβα και μηχανικά , να κρατούν το 100% των σωματιδίων σε υγρό περιβάλλον και 99,999% σε ξηρό συμπεριλαμβανομένων των ιών της ηπατίτιδας C, HIV, και του μικροβίου της φυματίωσης και να αποδίδουν άμεσα φυσιολογικά επίπεδα ύγρανσης.

2. Να είναι αποστειρωμένα μιας χρήσεως.

3. Να έχουν χαμηλή αντίσταση και μικρό όγκο.

4. Να προσφέρονται με υποδοχή για σύνδεση καπνογράφου.

5. Με πτυχόμενη μεμβράνη.

2405-0003670, ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΔΟΤΡ. ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Ειδικά αντιμικροβιακά φίλτρα για την απόλυτη αντιμικροβιακή και αντική προστασία (100% σε κλινικό περιβάλλον) για υψηλού κινδύνου και μη διαγνωσμένα περιστατικά.

-Να έχουν 100% υδροφοβη πτυχώμενη μεμβράνη και να φέρουν πιστοποίηση για την απόλυτη κατακράτηση ιών ,βακτηριών και prions (ιός ηπατίτιδας, ιός HIV,μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης πρωτεΐνες υπεύθυνες για την μετάδοση CJD κ.α)σε υγρό περιβάλλον και να παρέχουν χαμηλή αντίσταση και άμεση ύγρανση. Θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και απόδοσης από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς και από τον οίκο κατασκευής.

-Να είναι υδρόφοβα και να έχουν πτυχώμενη (pleated)μεμβράνη σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία.

-Να κατακρατούν τουλάχιστον 99,999% των ιών και των βακτηρίων σε ξηρό και 100% των σωματιδίων αυτών σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον),έτσι ώστε να επιτρέπουν τη μη αλλαγή κυκλώματος και να παρέχουν απόλυτη προστασία του ασθενούς και του ιατρικού προσωπικού.

-Να έχουν χαμηλή αντίσταση τόσο σε ξηρό όσο και υγρό περιβάλλον (3.5cm σε 60 L/min) με μικρό όγκο φίλτρου.

-Να έχουν μεμβράνη μη χημικά επεξεργασμένη

-Να είναι καλοί εναλλάκτες θερμότητας και ύγρανσης και να αποδίδουν άμεσα φυσιολογικά επίπεδα ύγρανσης.

-Να είναι διεθνώς αναγνωρισμένα με σταθερά κλινικά αποτελέσματα

-Να προτείνονται από διεθνείς φορείς και οργανισμούς για τη χρήση τους σε περιστατικά SARS

-Να έχει ανθεκτικότητα διαπέρασης νερού τουλάχιστον 150 mbar

-Να μην περιέχουν PVC- ούτε latex

-Να έχουν υποδοχή για σύνδεση καπνογράφου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ**2405-0001626,2405-0002646 ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ-ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ**

Ειδικά αντιμικροβιακά φίλτρα για την απόλυτη αντιμικροβιακή και αντική προστασία (100% σε κλινικό περιβάλλον) για υψηλού κινδύνου και μη διαγνωσμένα περιστατικά.

-Να έχουν 100% υδροφοβή πτυχώμενη μεμβράνη και να φέρουν πιστοποίηση για την απόλυτη κατακράτηση ιών ,βακτηριών και prions (ιός ηπατίτιδας, ιός HIV,μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης πρωτεΐνες υπεύθυνες για την μετάδοση CJD κ.α)σε υγρό περιβάλλον και να παρέχουν χαμηλή αντίσταση και άμεση ύγρανση. Θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και απόδοσης από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς και από τον οίκο κατασκευής.

-Να είναι υδρόφοβα και να έχουν πτυχώμενη (pleated)μεμβράνη σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία.

-Να κατακρατούν τουλάχιστον 99,999% των ιών και των βακτηρίων σε ξηρό και 100% των σωματιδίων αυτών σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον),έτσι ώστε να επιτρέπουν τη μη αλλαγή κυκλώματος και να παρέχουν απόλυτη προστασία του ασθενούς και του ιατρικού προσωπικού.

-Να έχουν χαμηλή αντίσταση τόσο σε ξηρό όσο και υγρό περιβάλλον (3.5cm σε 60 L/min) με μικρό όγκο φίλτρου.

-Να έχουν μεμβράνη μη χημικά επεξεργασμένη

-Να είναι καλοί εναλλάκτες θερμότητας και ύγρανσης και να αποδίδουν άμεσα φυσιολογικά επίπεδα ύγρανσης.

-Να είναι διεθνώς αναγνωρισμένα με σταθερά κλινικά αποτελέσματα

-Να προτείνονται από διεθνείς φορείς και οργανισμούς για τη χρήση τους σε περιστατικά SARS

-Να έχει ανθεκτικότητα διαπέρασης νερού τουλάχιστον 150 mbar

-Να μην περιέχουν PVC- ούτε latex

-Να έχουν υποδοχή για σύνδεση καπνογράφου

ΚΩΔΙΚΟΣ 2405-0001014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 180CM ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ (*)

Σετ κυκλώματος αναπνευστήρων μιας χρήσης, από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα, με ενίσχυση στα άκρα. Τα κυκλώματα να αποτελούνται από σωλήνες σπирάλ οι οποίοι να είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συνδετικό 'Υ' από πρόσθετους σωλήνες χωρίς υδατοπαγίδες με ασκούς και συνδετικό ασκών. Οι σωληνώσεις να είναι τύπου EVA TUBING, κρικοειδείς εξωτερικά για να επιτυγχάνεται κατάλληλη ευκαμψία και ελαστικότητα για τις συνδέσεις τους. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ενισχυμένα για την σταθερή και ασφαλή σύνδεσή τους με τα μηχανήματα ώστε να υπάρχει ευκολία και ασφάλεια κατά την διάρκεια της χρήσης των, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανήματα. Να προσφέρονται ως εξής: ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ Κύκλωμα αποτελούμενο από 2 σωλήνες μήκους 180cm συνδεδεμένους με συνδετικό «Υ», με ευθέα συνδετικά για την διευκόλυνση των συνδέσεων. Να διαθέτει ένα επιπλέον σωλήνα 120cm για σύνδεση με ασκό και ασκό αναισθησίας 2Lt. Να προσφέρονται αποστειρωμένα και υψηλής καθαριότητας

* **ΔΕΙΓΜΑ** Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των ειδών δύναται να προσκομίσουν δωρεάν δείγμα. Το δείγμα θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.

Οι ζητούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν λόγω συσκευασίας των εταιρειών

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02 (δύο) εργάσιμων ημερών μετά την δημοσίευση της παρούσης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Υποχρεωτικό για όλους

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, συμφώνως περ.(αα)του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία θα αναγράφεται

- Ότι έχει ληφθεί γνώση της αναρτημένης πρόσκλησης από τη Διαύγεια.
- Ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
- Ότι γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας
- Ότι τα ζητούμενα είδη είναι ετοιμοπαράδοτα.
- Ότι ο μειοδότης θα προσκομίσει τα παρακάτω υποχρεωτικά δικαιολογητικά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.*

2. **Τεχνική Προσφορά** {να αναγράφεται απαραίτητως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ' το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN}

3. **Οικονομική Προσφορά**

***Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες**

- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
- Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των υλικών/υπηρεσιών σε όλες τις διαχειρίσεις του νοσοκομείου (αποθήκη υλικού - φαρμακείου) θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών είτε αφορούν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες είτε σε τμηματικές παραγγελίες.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής/ανάδοχος με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΛΟΥΚΑ Γ.-Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡ/ΓΟΣ
2. ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ.-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΤΖΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡ.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
4. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Δ.-ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής
(παράλληλα με τα καθήκοντα του)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΡ.- Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔ/ΤΡΟΣ
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛ.-ΔΕ ΔΙΟΚ.ΓΡΑΜΜ
3. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ Π.-ΔΕ ΤΕΧΝ.
4. ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝ.-ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής
(παράλληλα με τα καθήκοντα της)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών

