



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53
Ταχ. : 20131
Πληροφο. : Παπανδρεάδη Νικολέτα
Τηλέφωνο : 27413-61872
Fax : 27410-20529
E-mail: : n.papandreadi@hospkorinthos.gr

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια Ροόμετρων, CPV: 38428000-1 ΚΑΕ 1429».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1.** των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α' /247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α' /143/14-07-2014).
- 1.2.** του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α' /45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3.** του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α' /81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4.** του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α' /25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5.** του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α' /112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 1.6.** του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α' /204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7.** του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α' /143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
- 1.8.** του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' /147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
- 1.9.** Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' /36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία »
- 1.10.** του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α' /145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.
- 1.11.** Του ν. 5077 /2023 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» (Α' 209).

2. Τις Αποφάσεις:

- 2.1.** Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.590/07-01-2020 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.5/Υ.Ο.Δ.Δ./2020) περί διορισμού Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου, όπως παρατάθηκε με την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.6573/31-01-2023 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.88/Υ.Ο.Δ.Δ./2023).
- 2.2.** Την υπο στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β'3284/2012).
- 2.3.** Την αριθ. πρωτ: 176022 ΕΞ 2023/ 29-11-2023 Εξαιρετικά Επείγουσα Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΡΛ63Η-ΛΧ0) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023».
- 2.4.** Την αριθ. πρωτ: 2/113345/ΔΠΓΚ 20 Δεκεμβρίου 2023 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΧΛΕΗ-20Χ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024».
- 2.5.** Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.6/11.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΥΓ465ΦΥΟ-Ξ6Δ) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου
- 2.6.** Την 27^η Απόφαση (Θ: 5) του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΖΞ4690Β5-Δ9Δ) περί «α) Έγκριση Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023 -2024 β) Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023-2024 (Πιστώσεις 2023-2024-2025)».
- 2.7.** Το Απόσπασμα πρακτικού της 1^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 18-01-2024 (θέμα 7^ο) (ΑΔΑ: 6ΙΕ34690Β5-15Ψ): « Έγκριση τροποποίησης α) του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023 -2024 β) της σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023-2024 (Πιστώσεις 2023-2024-2025).»
- 2.8.** Το Απόσπασμα πρακτικού της 3^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 08-02-2024 (θέμα 4^ο) (ΑΔΑ: 96034690Β5-4ΦΧ): «Έγκριση τροποποίησης: α) του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023 -2024. β) της σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023-2024 (Πιστώσεις 2023-2024-2025)» 2. « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για: α) την Διαχείριση αποβλήτων, CPV 90524400-0, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά της υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων του Γ.Ν.Κ. και σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (ΑΔΑ: 6ΗΣΤ46ΜΨΙΦ-Α9Φ) και β) την προμήθεια Απολυμαντικών, CPV 24455000-8, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του Πρόεδρου της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γ.Ν.Κ. και σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (ΑΔΑ: ΨΖ4Ν46ΜΨΙΦ-ΡΩΞ)
- Στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η συγκεκριμένη προμήθεια.

3. Τα έγγραφα

- 3.1.** Την αρ.πρωτ. 7152/15-03-2024 αναφορά του Γραφείου Υλικού
- 3.2.** Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: αρ.πρ. **8988/08-04-2024, ΑΔΑ: ΨΝΙ54690Β5-3ΒΞ , ΚΑΕ 1429Α ποσού 500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ**

Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: **Ροόμετρων, CPV: 38428000-1 ΚΑΕ 1429** για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.

2. Την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας με έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C. για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής προϋπολογισμού δαπάνης 500,00€ για κάλυψη αναγκών και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

A/A	ΚΩΔ. Γ.Ν.Κ.	Περιγραφή Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Απόφαση
1	2513-0012635	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	27618/13-11-2023 (97,00€)

ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ)

Να είναι κατάλληλο για σύνδεση σε φιάλη οξυγόνου, αποτελούμενο από ροόμετρο-μειωτήρα φιάλης οξυγόνου και συνοδευόμενο από ακροφύσιο και υγραντήρα, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΡΟΟΜΕΤΡΟ Εκτονωτής – Μειωτήρας

1. Να προσαρμόζεται με το χέρι χωρίς χρήση εργαλείων στις υφιστάμενες φιάλες O₂, με σύνδεσμο AFNOR type F (with nipple & gasket) προτύπου NF E 29-650 και με φίλτρο στην είσοδο του σώματος του εκτονωτή-μειωτήρα.
2. Να έχει συμπαγή κατασκευή μικρών διαστάσεων & όγκου δηλ.: ρυθμιστής ροής, μανόμετρο, λήψη αναπνευστήρα κ.τ.λ. όλα να είναι προσαρμοσμένα πάνω στο σώμα του είδους.
3. Να διαθέτει ρυθμιστή πίεσης ενιαίου σταδίου (single stage), με μέγιστη πίεση εισόδου έως και 200_bar, με μανόμετρο ένδειξης πληρότητας φιάλης κλίμακας 0 έως τουλάχιστο 315_bar και ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης, υψηλής ροής, ικανή να διατηρεί σταθερή την πίεση υπό δύσκολες συνθήκες. Με πίεση εξόδου περί των 4,5 bar ($\pm 0,5$ bar)
4. Να έχει την δυνατότητα μέγιστης ρυθμισμένης συνεχούς ροής τουλάχιστο 15 λίτρα ανά λεπτό με ρυθμιστικό διακόπτη που να διαθέτει και θέση κλειστό (off) ή μηδέν (0). Τα βήματα μέτρησης της ροής να είναι προβαθμονομημένα 0-(1-2-3-4-5-...)-15L/min.(ενδεικτικά), επί συνόλου Δέκα (10) βημάτων, οι δε ενδείξεις των να μην εκτίθενται άμεσα στο σβήσιμό τους λόγω συχνής χρήσης απολυμαντικών.
5. Η μία έξοδος να είναι για τη σύνδεση υγραντήρα ή ακροφύσιου (σπειρώματος 9/16" UNF outlet).
6. Η άλλη έξοδος (αφορά είδος με λήψη αναπνευστήρα) να είναι τερματικό ταχυσυνδέσμου προτύπου NF S 90-116, AFNOR bayonet socket/terminal O₂, ώστε να εξασφαλιστεί η απλή, ταχεία και ασφαλή σύνδεση / αποσύνδεση των υφιστάμενων αναπνευστήρων.
7. Να αναγράφονται επί του σώματος του είδους (Ροόμετρο Φιάλης) με ανεξίτηλο τρόπο:
 - ↑ η ονομασία του αερίου στα Ελληνικά ή Λατινικά ή ο Χημικός Συμβολισμός,
 - ↑ τα στοιχεία κατασκευαστή και ο τύπος συσκευής,
 - ↑ η προειδοποίηση για απαγόρευση χρήσης λαδιού,
 - ↑ η σήμανση CE με τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης
 - ↑ η ένδειξη "HP" δηλαδή χρήσης του είδους υπό υψηλή πίεση ευδιάκριτα
 - ↑ ο αριθμός παρτίδας LOT ή και ο σειριακός αριθμός S/N.

8. Το κάθε είδος να είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το πρότυπο EN ISO 10524

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

1. Να είναι τύπου αναδυόμενων φουσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων, εύκολα αποσπώμενου - εφαρμοζόμενου με το χέρι (χωρίς χρήση εργαλείων), με κοχλία αντίστοιχου σπειρώματος της εξόδου του ροομέτρου, εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη εφαρμογή.
2. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 180 – 220 ml με μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί μεγαλύτερη των 4 bar, με κωνική ανθεκτική στην κάψη, στρέψη και τον εφελκυσμό μεταλλική έξοδο.
3. Να συνοδεύεται από ακροφύσιο για διασύνδεση με μάσκα-νεφελοποιητή
4. Η φιάλη νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
5. Να αναγράφονται επί του υγραντήρα, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, σήμανση CE με τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης.

Να συνοδεύονται - και οι δύο συσκευές - από εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, και να υποστηρίζονται από τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά δέκα (10) ετών συνολικά.

Για όλα τα ανωτέρω να κατατεθούν με ποιινή αποκλεισμού πιστοποιητικά EN ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμα) του Προμηθευτή όσο και του Κατασκευαστικού Οίκου καθώς και EN ISO 13485:2003 (ή ισοδύναμα) του Κατασκευαστικού Οίκου και ΔΥ8δ/1348 του Προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 5 ημερολογιακές ημέρες μετά την δημοσίευση της παρούσης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Υποχρεωτικό για όλους

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1. **Τεχνική Προσφορά** {να αναγράφεται απαραίτητα: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ' το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN}
2. **Οικονομική Προσφορά**

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει σε αυτό.

- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE, όπου απαιτείται.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή **τους για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των υλικών στην διαχείριση του νοσοκομείου (αποθήκη υλικού) θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών είτε αφορούν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες είτε σε τμηματικές παραγγελίες.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής/ανάδοχος με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΡΑΛΙΣΤΑ Π.-ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β. ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
2. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
3. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Θ.-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΓΥΠΑ ΕΛΕΝΗ- ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΟΛΙΑΝΤΖΑΚΗ Σ.-ΙΑΤΡΟΣ –Ε.Α.΄Μ.
2. ΡΕΜΜΑΣ Α.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΦΙΛΗ Ι.-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΚΥΜΗΓΑΡΗ Μ.-ΤΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής
(παράλληλα με τα καθήκοντα της)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών
6. Ο/Η Προϊστάμενος-η Τμήματος

