



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53
Ταχ. : 20131
Πληροφ. : Νταλιακούρα Μ.
Τηλέφωνο : 27413-61872
Fax : 27410-20529
E-mail: : m.ntaliakoura@hospkorinthos.gr

ΘΕΜΑ: « Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια Ροομέτρων », ΑΔΑ: 6ΙΦ34690Β5-ΞΧΞ, ΚΑΕ 1229, CPV 38428000-1

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1. των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).
- 1.2. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4. του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 1.6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.8. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
- 1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την

υγεία ».

1.10. του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.11. Του ν. 5077 /2023 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» (Α'209).

2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.590/07-01-2020 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.5/Υ.Ο.Δ.Δ./2020) περί διορισμού Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου, όπως παρατάθηκε με την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.6573/31-01-2023 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.88/Υ.Ο.Δ.Δ./2023).

2.2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β'3284/2012).

2.3. Την αριθ. πρωτ: 176022ΕΞ 2023/ 29-11-2023 Εξαιρετικά Επείγον Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΡΛ63Η-ΛΧ0) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2023».

2.4. Την αριθ. πρωτ: 2/113345/ΔΠΓΚ 20 Δεκεμβρίου 2023 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΧΛΕΗ-20Χ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024».

2.5. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.6/11.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΥΓ465ΦΥΟ-Ξ6Δ) Απόφαση Υπουργού - Υφυπουργού Υγείας περί Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

2.6. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.20581/18.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΤΘΛ465ΦΥΟ-3ΣΦ) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

2.7. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.33226/26.06.2024 (ΑΔΑ: Ψ77Ρ465ΦΥΟ-ΡΡΙ) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

2.8. Την υπ' αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.38893/30.07.2024 (ΑΔΑ: 9ΗΕ4465ΦΥΟ-Μ35) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

2.9. Το Απόσπασμα πρακτικού της 27^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-09-2023 (θέμα 5^ο) (ΑΔΑ: **6ΔΖΞ4690Β5-Δ9Δ**): «α) Έγκριση Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023 - 2024 β) Έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023-2024 (Πιστώσεις 2023-2024-2025)», όπου δεν περιλαμβάνονται τα ζητούμενα είδη.

2.10. Το Απόσπασμα πρακτικού της 1^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 18-01-2024 (θέμα 7^ο) (ΑΔΑ: **6ΙΕ34690Β5-15Ψ**): « Έγκριση τροποποίησης α) του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023 -2024 β) της σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023-2024 (Πιστώσεις 2023-2024-2025).»

2.11. Το Απόσπασμα πρακτικού της 3^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της **08-02-2024 (θέμα 4^ο) (ΑΔΑ: 96034690Β5-4ΦΧ)**: «Έγκριση τροποποίησης: α) του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023 -2024. β) της σκοπιμότητας και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών σε εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023-2024 (Πιστώσεις 2023-2024-2025)» 2. « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για: α) την Διαχείριση αποβλήτων, CPV 90524400-0, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά της υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων του Γ.Ν.Κ. και σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (ΑΔΑ: 6ΗΣΤ46ΜΨΙΦ-Α9Φ) και β) την προμήθεια Απολυμαντικών, CPV 24455000-8, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του Πρόεδρου της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γ.Ν.Κ. και σύμφωνα με τις Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (ΑΔΑ: ΨΖ4Ν46ΜΨΙΦ-ΡΩΞ).

2.12. Το Απόσπασμα πρακτικού της 10^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της **25-04-2024 (θέμα 13^ο) (ΑΔΑ: ΨΩΖ04690Β5-ΠΞ2)**: « Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2023 -2024».

3. Τα έγγραφα

3.1. Την αρ. πρωτ.**25959/12-11-2024** αναφορά του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

3.2. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: αρ.πρ.**27171/15-11-2024 ΑΔΑ 6ΙΦ34690Β5-ΞΧΞ, ΚΑΕ 1229**

Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών.

3.3. Την αρ. πρωτ.**17569/24-07-2024** Απόφαση Ανάθεσης από την οποία έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα για τα συγκεκριμένα είδη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια:« **Ροομέτρων**», ΚΑΕ **1229, CPV 38428000-1**, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας .
- Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** προϋπολογισμού δαπάνης **4.130,00€** συμπ/νου ΦΠΑ, και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

| Α/Α | ΚΩΔ. Γ.Ν.Κ. | Περιγραφή Είδους | Μ.Μ. | Ποσότητα | Ενδεικτική Τιμή | ΑΠΟΦΑΣΗ |
|-----|-------------|---|------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | ----- | ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ <u>ΜΟΝΟ</u> ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ με επιλογέα θέσεων | ΤΜΧ | 10 | 90,00 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| 2 | ----- | ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ <u>ΔΙΠΛΟ</u> ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ με επιλογέα θέσεων | ΤΜΧ | 15 | 162,00 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ |

ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: **22-11-2024** , ημέρα Παρασκευή , ώρα **14.00** μμ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΟΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

ΜΟΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

- Να διαθέτει (η στήλη-ροόμετρο) ενσωματωμένο επιλογέα εξόδου δύο (2) τουλάχιστον θέσεων.**
 - Η μία έξοδος να είναι για τη σύνδεση υγραντήρα (σπειρώματος 9/16" UNF outlet)
 - Η άλλη έξοδος να είναι ακροφύσιο ανθεκτικό στις δυνάμεις κάψης, εφελκυσμού & στρέψης (αν δυνατόν μεταλλικό) κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων.

Έτσι μπορούμε στο ροόμετρο να έχουμε συνδεδεμένα ταυτόχρονα τον υγραντήρα και τη μάσκα - νεφελοποιητή, επιλέγοντας κατά βούληση χορήγηση οξυγόνου μέσω μίας ή της άλλης εξόδου (σε ξέχωρο ακροφύσιο ο νεφελοποιητής και όχι στου υγραντήρα).

- 2. Να συνδέεται σε επίτοιχες λήψεις οξυγόνου** μέσω ταχυσυνδέσμου απόλυτα συμβατού με την υφιστάμενη εγκατάσταση (προτύπου NF S 90-116, AFNOR bayonet probe O2), ώστε να εξασφαλιστεί η απλή, ταχεία και ασφαλή σύνδεση (αποκλείοντας κατά λάθος σύνδεση σε λήψεις άλλων αερίων ή κενού).
- 3. Το σώμα του ροόμετρου** να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό **υλικό** που να το καθιστά ελαφρύτερο από άλλα ροόμετρα (παλαιότερης τεχνολογίας), για να αποφευχθεί η καταπόνηση των επίτοιχων λήψεων οξυγόνου της εγκατάστασης (NF S 90-116 AFNOR bayonet socket O2).
- 4. Η μέτρηση της ροής** να γίνεται με τη βοήθεια διαβαθμισμένης στήλης με μπίλια και κλίμακας ρύθμισης από 0,5 έως τουλάχιστο 15 λίτρα ανά λεπτό. Όλη η διάταξη μέτρησης να είναι εντελώς άθραυστη, κατασκευασμένη από διάφανο υλικό.
- 5. Οι ενδείξεις μέτρησης της ροής** (διαβαθμίσεις) να βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά της στήλης για να μη σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.
- 6. Αναλυτικά η βαθμονόμηση** της μετρητικής διάταξης να είναι σε λίτρα ανά λεπτό (lt/min). Η δε διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινά από 0,5 lt/min αυξανόμενη ανά 0,5 lt/min μέχρι τα 5 lt/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lt/min έως και τα 15 lt/min.
- 7. Να διαθέτει φίλτρο** στην είσοδο του ροόμετρου.
- 8. Να αναγράφονται επί του ροόμετρου με ανεξίτηλο τρόπο:**
 - Η ονομασία του αερίου στα Ελληνικά ή Λατινικά ή ο Χημικός Συμβολισμός,
 - Τα στοιχεία κατασκευαστή και ο τύπος συσκευής,
 - Η προειδοποίηση για απαγόρευση χρήσης λαδιού,
 - Η σήμανση CE με τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης
 - Ο αριθμός παρτίδας LOT ή και ο σειριακός αριθμός S/N.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

- Ποσοτικά, για κάθε έξοδο ροομέτρου ένας Υγραντήρας.
- Να είναι τύπου αναδυσόμενων φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων, εύκολα αποσπώμενου - εφαρμοζόμενου με το χέρι (χωρίς χρήση εργαλείων), με κοχλία αντίστοιχου σπειρώματος της εξόδου του ροομέτρου του.
- Να έχει τη δυνατότητα αποστείρωσης
- Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 180 – 220 ml με μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί μεγαλύτερη των 4 bar και στο καπάκι να έχει ενσωματωμένη ασφαλιστική διάταξη εκτόνωσης.
- Η φιάλη νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
- Να αναγράφονται επί του υγραντήρα, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, σήμανση CE με τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης.

Να συνοδεύονται - και οι δύο συσκευές - από εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, και να υποστηρίζονται από τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά δέκα (10) ετών συνολικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΠΛΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

ΔΙΠΛΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

- Να διαθέτει (κάθε στήλη-ροόμετρο) ενσωματωμένο επιλογέα εξόδου δύο (2) τουλάχιστον θέσεων.**
 - Η μία έξοδος να είναι για τη σύνδεση υγραντήρα (σπειρώματος 9/16" UNF outlet)
 - Η άλλη έξοδος να είναι ακροφύσιο ανθεκτικό στις δυνάμεις κάψης, εφελκυσμού & στρέψης (αν δυνατόν μεταλλικό) κατάλληλο για σύνδεση σωλήνων.
Έτσι μπορούμε στο ροόμετρο να έχουμε συνδεδεμένα ταυτόχρονα τον υγραντήρα και τη μάσκα-νεφελοποιητή, επιλέγοντας κατά βούληση χορήγηση οξυγόνου μέσω μίας ή της άλλης εξόδου (σε ξέχωρο ακροφύσιο ο νεφελοποιητής και όχι στον υγραντήρα).
- Να συνδέεται σε επίτοιχες λήψεις οξυγόνου** μέσω ταχυσυνδέσμου απόλυτα συμβατού με την υφιστάμενη εγκατάσταση (προτύπου NF S 90-116, AFNOR bayonet probe O2), ώστε να εξασφαλιστεί η απλή, ταχεία και ασφαλή σύνδεση (αποκλείοντας κατά λάθος σύνδεση σε λήψεις άλλων αερίων ή κενού).
- Το σώμα του ροόμετρου** να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό που να το καθιστά ελαφρύτερο από άλλα ροόμετρα (παλαιότερης τεχνολογίας), για να αποφευχθεί η καταπόνηση των επίτοιχων λήψεων οξυγόνου της εγκατάστασης (NF S 90-116 AFNOR bayonet socket O2).
- Η μέτρηση της ροής** να γίνεται με τη βοήθεια διαβαθμισμένης στήλης με μπίλια και κλίμακας ρύθμισης από 0,5 έως τουλάχιστο 15 λίτρα ανά λεπτό. Όλη η διάταξη μέτρησης να είναι εντελώς άθραυστη, κατασκευασμένη από διάφανο υλικό.
- Οι ενδείξεις μέτρησης της ροής** (διαβαθμίσεις) να βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά της στήλης για να μη σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.
- Αναλυτικά η βαθμονόμηση** της μετρητικής διάταξης να είναι σε λίτρα ανά λεπτό (lt/min). Η δε διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινά από 0,5 lt/min αυξανόμενη ανά 0,5 lt/min μέχρι τα 5 lt/min και να συνεχίζει αυξανόμενη ανά 1 lt/min έως και τα 15 lt/min.
- Να διαθέτει φίλτρο** στην είσοδο του ροόμετρου.
- Να αναγράφονται επί του ροόμετρου με ανεξίτηλο τρόπο:**
 - Η ονομασία του αερίου στα Ελληνικά ή Λατινικά ή ο Χημικός Συμβολισμός,
 - Τα στοιχεία κατασκευαστή και ο τύπος συσκευής,
 - Η προειδοποίηση για απαγόρευση χρήσης λαδιού,
 - Η σήμανση CE με τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης
 - Ο αριθμός παρτίδας LOT ή και ο σειριακός αριθμός S/N.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

- Ποσοτικά, για κάθε έξοδο ροόμετρου ένας Υγραντήρας.
- Να είναι τύπου αναδυσόμενων φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων, εύκολα αποσπώμενου - εφαρμοζόμενου με το χέρι (χωρίς χρήση εργαλείων), με κοχλία αντίστοιχου σπειρώματος της εξόδου του ροόμετρου του.
- Να έχει τη δυνατότητα αποστείρωσης
- Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 180 – 220 ml με μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί μεγαλύτερη των 4 bar και στο καπάκι να έχει ενσωματωμένη ασφαλιστική διάταξη εκτόνωσης.
- Η φιάλη νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.

6. Να αναγράφονται επί του υγραντήρα, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, σήμανση CE με τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης.

Να συνοδεύονται - και οι δύο συσκευές - από εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, και να υποστηρίζονται από τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά δέκα (10) ετών συνολικά.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Υποχρεωτικό για όλους

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1. **Τεχνική Προσφορά** {να αναγράφεται απαραίτητως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ' το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN} (όπου απαιτείται)
2. **Οικονομική Προσφορά**

***Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες**

- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)
- Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των υλικών στο γραφείο διαχείρισης υλικού , θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών είτε αφορούν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες είτε σε τμηματικές παραγγελίες.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

1. ΓΡΑΛΙΣΤΑ Π.-ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β. ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
2. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
3. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Θ.-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΓΥΠΑ ΕΛΕΝΗ- ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΟΛΙΑΝΤΖΑΚΗ Σ.-ΙΑΤΡΟΣ –Ε.Α.΄Μ.
2. ΡΕΜΜΑΣ Α.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΦΙΛΗ Ι.-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΚΥΜΗΓΑΡΗ Μ.-ΤΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής
(παράλληλα με τα καθήκοντα της)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών