



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53

Ταχ. : 20131

Πληροφο. : Νταλιακούρα Μ.

Τηλέφωνο : 27413-61816

Fax : 27410-20529

E-mail: : m.ntaliakoura@hospkorinthos.gr

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, CPV 33141110-4, 33141200-2, 33790000-4, 33192000-2, 33194100-7, 33162200-5 ΚΑΕ 1311»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

1.1. των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).

1.2. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

1.3. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

1.4. του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

1.5. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) με τις τελευταίες αλλαγές από το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020).

1.6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

1.7. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

1.8. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.

1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ».

1.10. του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.11. Τις διατάξεις του ν. 5165/2024 « Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (Α΄205).

2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.590/07-01-2020 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.5/Υ.Ο.Δ.Δ./2020) περί διορισμού Διοικητή του Γ.Ν. Κορίνθου, όπως παρατάθηκε με την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ.6573/31-01-2023 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ.88/Υ.Ο.Δ.Δ./2023).

2.2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β΄3284/2012).

2.3. Την αρ.πρωτ.2/61338/ΔΠΓΚ/10.07.2024 εγκυκλίο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών(ΑΔΑ:6ΣΛΒΗ-8Α3) «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2025».

2.4. Την αρ. πρωτ: 2/115309/ΔΠΓΚ/19 Δεκεμβρίου 2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 66ΚΝΗ-ΙΕΔ) « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.

2.5. Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π. 66792/2024/09.01.2025 (ΑΔΑ: ΡΨΝΧ465ΦΥΟ-2ΟΕ) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

2.6. Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ. Β2.α/Γ.Π. 20706/14.05.2025 (ΑΔΑ: 6ΦΙΖ465ΦΥΟ-ΕΧΖ) Απόφαση Υφυπουργού Υπουργού Υγείας Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

2.7. Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.25553/18/06/2025 (ΑΔΑ: 6Ζ19465ΦΥΟ-ΠΙ4) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

3. Τα έγγραφα

3.1. Τις αρ. πρωτ. **14143/23-06-2025 & 15955/14-07-2025** αναφορές της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

3.2. Τις αρ.πρωτ.**13380/12-06-2025 & 13691/17-06-2025** αναφορές της Χειρουργικής κλινικής.

3.3. Τις αρ. πρωτ. **13914/19-06-2025 & 16215/16-07-2025** αναφορές του Χειρουργείου.

3.4. Την αρ. πρωτ. **15852/11-07-2025** αναφορά της ΜΕΘ

3.5. Τις αρ. πρωτ. **13703/17-06-2025 & 15682/10-07-2025 & 16082/15-07-2025** αναφορές των ΤΕΠ

3.6. Την αρ. πρωτ. **13783/18-06-2025-2025** αναφορά της Ουρολογικής κλινικής.

3.7. Την αρ. πρωτ. **14186/23-06-2025** αναφορά του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου.

3.8. Την αρ. πρωτ. **16118/15-07-2025** αναφορά του Γαστρεντερολόγου.

3.9. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: αρ.πρ.**16551/21-07-2025, ΑΔΑ: 9Γ1Γ4690Β5-ΞΝΧ ΚΑΕ 1311 ποσού 4.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ**

3.10. Την υπ΄ αρ. **10/2025** (αρ. πρωτ. **16134/15-07-2025**) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (αρ. **377609**) για την προμήθεια: «Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης (CPV 33194110-0)» , Β. «Διατάξεις μετάγγισης αίματος (CPV 33194210-1)» ,Γ. «Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα (CPV 33190000-8)» , Δ. «Συσκευές και όργανα έγχυσης (CPV 33194100-7)» Ε. «Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης (CPV 33194000-6)» με συνολική εκτιμώμενη αξία 160.753,92€ συμπ/νου ΦΠΑ για δυο (2) έτη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται τα ζητούμενα είδη Α/Α 8,9.

- Τα ζητούμενα είδη Α/Α 1,4,7,12,13,14,15,16,17 δεν περιλαμβάνονται στις ετήσιες συμβάσεις Ιατρικών Προμηθειών
- Τα ζητούμενα είδη Α/Α 2,5,6 δεν περιλαμβάνονται στις ετήσιες συμβάσεις Επιδέσμου
- Τα ζητούμενα είδη Α/Α 3,10 ,11,18,19 δεν περιλαμβάνονται στις ετήσιες συμβάσεις για Καθετήρες
- Τα ζητούμενα είδη Α/Α 20 δεν περιλαμβάνονται στις ετήσιες συμβάσεις για Εργαλεία Χειρουργείου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: **ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, CPV 33141110-4, 33141200-2, 33790000-4, 33192000-2, 33194100-7, 33162200-5 ΚΑΕ 1311** για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.

2. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** προϋπολογισμού δαπάνης **4.600,00€** συμπ/νου ΦΠΑ, και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

A/A	ΚΩΔ. Γ.Ν.Κ.	Περιγραφή Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή	ΑΠΟΦΑΣΗ
1	2405-0011848	ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ 3 Way Stop Cock ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10cm - Να είναι ατομικά συσκευασμένα και αποστειρωμένα σε συσκευασία blister με προέκταση 10cm. Διαθέτουν 3 πόρτες (1 αρσενική & 2 Θηλυκές). - Το πώμα να μπορεί να περιστρέφει 360ο για ευκολία στην σύνδεση. Να διασφαλίζουν απόλυτη εφαρμογή και στεγανότητα. Οι δείκτες της τάπας (T) να υποδεικνύουν εύκολα την κατεύθυνση ροής	TMX	1000	0,1328	5263/07-03-2025
2	2406-0011592	ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7cm X 8,5cm Διαφανές επίθεμα συγκράτησης με εγκοπή για την κάλυψη I.V. περιφερικών, φλεβικών ή αρτηριακών καθετήρων (πεταλούδα). Να είναι αδιάβροχο με υψηλό ρυθμό διαπνοής MVTR σύμφωνα με το EN 13726. Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα σύμφωνα με το ISO 10993. Να φέρει 2 αυτοκόλλητες λωρίδες αποστειρωμένες για τη συγκράτηση του καθετήρα πριν την εφαρμογή του επιθέματος. Να έχει την δυνατότητα να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες δημιουργώντας αντιβακτηριακό και αντικό φραγμό σύμφωνα με το EN 13726. Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.	TMX	5000	0,1784	14552/25-06-2025

3	2501-0011069	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ	TMX	400	0,52	7765/04-04-2025
4	2501-0011068	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ Αδιάβροχες, μιας χρήσης	TMX	200	0,31	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
5	2406-0011575	Αυτοκόλλητο ρολό τύπου fix . Μη υφασμάτινο προστατευτικό αυτοκόλλητο κάλυμμα τύπου fix 10*10cm. Να είναι υποαλλεργικό μη υφασμένο υλικό στερέωσης από λευκό μη υφασμένο υλικό με συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ. Να είναι ιδιαίτερα απαλό και εύκαμπτο. Να διαθέτει εγκάρσια ελαστικότητα. Να είναι εξαιρετικά διαπερατό στον αέρα και στους υδρατμούς. Να μην προκαλεί διαβροχή, να στερεώνεται με ασφάλεια, να κόβεται εύκολα και να αφαιρείται ανώδυνα και χωρίς υπολείμματα. Να αποστειρώνεται μέσω ακτινοβολίας και να είναι ακτινοδιαπερατό. Διάσταση 10x10cm	TMX	10	1,89	8674/16-04-2025
6	2406-0011574	Αυτοκόλλητο ρολό τύπου fix . Μη υφασμάτινο προστατευτικό αυτοκόλλητο κάλυμμα τύπου fix 10*15cm. Να είναι υποαλλεργικό μη υφασμένο υλικό στερέωσης από λευκό μη υφασμένο υλικό με συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ. Να είναι ιδιαίτερα απαλό και εύκαμπτο. Να διαθέτει εγκάρσια ελαστικότητα. Να είναι εξαιρετικά διαπερατό στον αέρα και στους υδρατμούς. Να μην προκαλεί διαβροχή, να στερεώνεται με ασφάλεια, να κόβεται εύκολα και να αφαιρείται ανώδυνα και χωρίς υπολείμματα. Να αποστειρώνεται μέσω ακτινοβολίας και να είναι ακτινοδιαπερατό. Διάσταση 10x15cm	TMX	10	2,49	8674/16-04-2025
7	2405-0001154	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ	TMX	300	0,79	4135/21-02-2025

8	2405-0001436	Συσκευές αναρρόφησης παροχετεύσεων (τύπου redopack) No 16	TMX	50	2,35	3934/18-02-2025
9	2405-0001438	Συσκευές αναρρόφησης παροχετεύσεων (τύπου redopack) No 14	TMX	100	2,35	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
10	2405-0001648	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 18 Καθετήρας θώρακος με προτοποθετημένο τροκάρ No 18 με αρίθμηση ανά 2cm	TMX	15	2,12	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
11	2405-0001652	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 22 Καθετήρας θώρακος με προτοποθετημένο τροκάρ No 22 με αρίθμηση ανά 2cm	TMX	20	2,30	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
12	2405-0001225	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ No 3 Η λαρυγγική μάσκα έχει μια ιδιαίτερη καμπύλη η οποία ουσιαστικά αντιγράφει την ανθρώπινη ανατομία. Με αυτόν τον τρόπο το κεφάλι του ασθενούς παραμένει σε φυσιολογική θέση, όταν χρησιμοποιεί τη μάσκα. 1. Να είναι μιας χρήσεως 2. Σωστή καμπύλη για εύκολη ατραπευματική τοποθέτηση 3. Ενισχυμένη άκρη η οποία αντιστέκεται στην αναδίπλωση 4. Ο εσωτερικός και εξωτερικός σωλήνας είναι μορφοποιημένα ως ενιαία μονάδα για επιπλέον ασφάλεια 5. Η επιφάνεια έχει ειδική λεία επιφάνεια η οποία διευκολύνει την εισαγωγή 6. Ένας έξτρα σωληνίσκος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή σφράγιση με την ελάχιστη δυνατή πίεση του βλεννογόνου. 7. Το μπαλονάκι αναγνωρίζει το μέγεθος της μάσκας και παρέχει σαφές ενδείξεις της αναπνοής 8. Ο σωλήνας του αεραγωγού είναι εργονομικά σχεδιασμένος 9. Με ενδεικτικά σήματα βάθους για την παρακολούθηση της σωστής θέσης 10. Πλήρως αποστειρωμένη και έτοιμη προς χρήση.	TMX	10	3,80	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
13	2405-0001226	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ No 4 Η λαρυγγική μάσκα έχει μια ιδιαίτερη καμπύλη η οποία ουσιαστικά αντιγράφει την ανθρώπινη ανατομία. Με αυτόν τον τρόπο το κεφάλι του ασθενούς παραμένει σε φυσιολογική θέση, όταν χρησιμοποιεί τη μάσκα. 1. Να είναι μιας χρήσεως 2. Σωστή καμπύλη για εύκολη ατραπευματική τοποθέτηση 3. Ενισχυμένη άκρη η οποία αντιστέκεται στην αναδίπλωση 4. Ο	TMX	10	2,80	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

		εσωτερικός και εξωτερικός σωλήνας είναι μορφοποιημένα ως ενιαία μονάδα για επιπλέον ασφάλεια 5. Η επιφάνεια έχει ειδική λεία επιφάνεια η οποία διευκολύνει την εισαγωγή 6. Ένας έξτρα σωληνίσκος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή σφράγιση με την ελάχιστη δυνατή πίεση του βλεννογόνου. 7. Το μπαλονάκι αναγνωρίζει το μέγεθος της μάσκας και παρέχει σαφές ενδείξεις της αναπνοής 8. Ο σωλήνας του αεραγωγού είναι εργονομικά σχεδιασμένος 9. Με ενδεικτικά σήματα βάθους για την παρακολούθηση της σωστής θέσης 10. Πλήρως αποστειρωμένη και έτοιμη προς χρήση.				
14	2405-0001227	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 5 Η λαρυγγική μάσκα έχει μια ιδιαίτερη καμπύλη η οποία ουσιαστικά αντιγράφει την ανθρώπινη ανατομία. Με αυτόν τον τρόπο το κεφάλι του ασθενούς παραμένει σε φυσιολογική θέση, όταν χρησιμοποιεί τη μάσκα. 1. Να είναι μιας χρήσεως 2. Σωστή καμπύλη για εύκολη ατραυματική τοποθέτηση 3. Ενισχυμένη άκρη η οποία αντιστέκεται στην αναδίπλωση 4. Ο εσωτερικός και εξωτερικός σωλήνας είναι μορφοποιημένα ως ενιαία μονάδα για επιπλέον ασφάλεια 5. Η επιφάνεια έχει ειδική λεία επιφάνεια η οποία διευκολύνει την εισαγωγή 6. Ένας έξτρα σωληνίσκος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή σφράγιση με την ελάχιστη δυνατή πίεση του βλεννογόνου. 7. Το μπαλονάκι αναγνωρίζει το μέγεθος της μάσκας και παρέχει σαφές ενδείξεις της αναπνοής 8. Ο σωλήνας του αεραγωγού είναι εργονομικά σχεδιασμένος 9. Με ενδεικτικά σήματα βάθους για την παρακολούθηση της σωστής θέσης 10. Πλήρως αποστειρωμένη και έτοιμη προς χρήση.	TMX	10	2,80	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
15	2405-0011683	<u>Μίνι σετ τραχειοστομίας Νο.7</u> Σωλήνες τραχειοστομίας με ειδικό CUFF τύπου PROFILE χαμηλής πίεσης – μεγάλου όγκου (HI-LOW) Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC, μη – τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας με δυνατότητα επιλογής διάφανη σιλικοναρισμένου PVC. Ο σωλήνας στους 37 °C να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Ο σωλήνας να έχει κλίση 105 ° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να	TMX	5	80,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

		λαμβάνει οξυγόνο. Το CUFF να είναι χαμηλής πίεσης – μεγάλου όγκου, για τον περιορισμό του τραυματισμού της τραχείας, ενώ όταν ξεφουσκώνει πρέπει να εφαρμόζει στον σωλήνα ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή και την αφαίρεσή του. Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα, ώστε όταν το φουσκώνουμε να έχει συμμετρική διάσταση και να διατηρεί τον σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και τη διάμετρο έκπτυξης του CUFF για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger				
16	2405-0013282	<u>Μίνι σετ τραχειοστομίας No.7,5</u> Σωλήνες τραχειοστομίας με ειδικό CUFF τύπου PROFILE χαμηλής πίεσης – μεγάλου όγκου (HI-LOW) Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC, μη – τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας με δυνατότητα επιλογής διάφανη σιλικοναρισμένου PVC. Ο σωλήνας στους 37 °C να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Ο σωλήνας να έχει κλίση 105 ° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Το CUFF να είναι χαμηλής πίεσης – μεγάλου όγκου, για τον περιορισμό του τραυματισμού της τραχείας, ενώ όταν ξεφουσκώνει πρέπει να εφαρμόζει στον σωλήνα ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή και την αφαίρεσή του. Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην	TMX	5	80,00	NEO ΕΙΔΟΣ

		διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα, ώστε όταν το φουσκώνουμε να έχει συμμετρική διάσταση και να διατηρεί τον σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και εκπνοή να ασκείται πίεση σε διαφορετικά σημεία της τραχείας. Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και τη διάμετρο έκπτυξης του CUFF για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger				
17	2405-0011684	<u>Μίνι σερ τραχειοστομίας No.8</u> Σωλήνες τραχειοστομίας με ειδικό CUFF τύπου PROFILE χαμηλής πίεσης – μεγάλου όγκου (HI-LOW) Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC, μη – τοξικό (latex free) υψηλής ποιότητας με δυνατότητα επιλογής διάφανη σιλικοναρισμένου PVC. Ο σωλήνας στους 37 °C να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς. Ο σωλήνας να έχει κλίση 105 ° για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία. Να έχει μόνιμη υποδοχή 15mm, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει οξυγόνο. Το CUFF να είναι χαμηλής πίεσης – μεγάλου όγκου, για τον περιορισμό του τραυματισμού της τραχείας, ενώ όταν ξεφουσκώνει πρέπει να εφαρμόζει στον σωλήνα ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή και την αφαίρεσή του. Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό που του επιτρέπει να εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF να έχει τοποθετηθεί θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα, ώστε όταν το φουσκώνουμε να έχει συμμετρική διάσταση και να διατηρεί τον σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της. Επίσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε κατά την εισπνοή και εκπνοή να ασκείται πίεση σε	TMX	5	80,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

		διαφορετικά σημεία της τραχείας. Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με αναγραφή του νούμερου του σωλήνα και τη διάμετρο έκπτυξης του CUFF για ευκρινή έλεγχο και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Να φέρει ειδικό οδηγό για εύκολη εισαγωγή και με ειδική οπή στο άκρο του για την γρήγορη και εύκολη εισαγωγή του με την μέθοδο Seldinger				
18	2405-0003913	ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ FR 12 Καθετήρας σιλικόνης ακτινοσκοιερός με <u>μπαλόνι</u> ή μπαλόνι συν pigtail άκρο -μεταλλικό διαιρούμενο τροκάρ -μπαλόνι «integral» για σταθερή διάμετρο σε όλο το μήκος του καθετήρα -Δύο αυλών -ανοιχτού άκρου με 2 οπές παροχέτευσης -σε διάμετρο 12-14 ,μπαλόνι 5ml,οδηγός ch.16,8/5,6mm	TMX	10	20,49	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
19	2405-0003914	ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ FR 14 Καθετήρας σιλικόνης ακτινοσκοιερός με <u>μπαλόνι</u> ή μπαλόνι συν pigtail άκρο -μεταλλικό διαιρούμενο τροκάρ -μπαλόνι «integral» για σταθερή διάμετρο σε όλο το μήκος του καθετήρα -Δύο αυλών -ανοιχτού άκρου με 2 οπές παροχέτευσης -σε διάμετρο 12-14 ,μπαλόνι 5ml,οδηγός ch.16,8/5,6mm	TMX	10	20,49	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
20	2405-0003924	Λαβίδες ενδοσκοπικής βιοψίας μιας χρήσης Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. Να διατίθενται με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών στο κανάλι εργασίας καθώς και ελατήριο επιστροφής στο εγγύς άκρο του καθετήρα. Να διαθέτουν μεγάλες σιαγόνες, ανοίγματος 5mm, 6,5mm και 8,5mm για λήψη επαρκούς δείγματος με διπλή θύρα. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι Να διαθέτουν εργονομική λαβή ενός δακτυλού. Να διατίθενται τόσο με ακίδα και λεία σιαγόνα. Σε διαμέτρους καθετήρα 1,8mm, 2,4mm και 2,8mm Να διατίθενται σε μήκη 100cm, 120cm, 160cm, 180cm, 210cm και 230cm Να είναι συμβατές με όλους τους τύπους ενδοσκοπίων.	TMX	4	8,70	29125/06-12-2024

21	2501-0011615	Ρύγχη για πιπέτες 2-200μl	TMX	2000	0,057	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
22	2501-0011616	Ρύγχη για πιπέτες 100 -1000μl	TMX	2000	0,057	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 28-07-2025 , ημέρα Δευτέρα, ώρα 13.00 μμ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1,2,12,13,14,21,22

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:**Υποχρεωτικό για όλους**

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1. **Τεχνική Προσφορά** {να αναγράφεται απαραίτητως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ' το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN} (όπου απαιτείται)
2. **Οικονομική Προσφορά**

***Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες**

- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)
- Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των υλικών στο γραφείο διαχείρισης υλικού , θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών είτε αφορούν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες είτε σε τμηματικές παραγγελίες.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΛ. -ΕΠΙΚ.ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β. ΓΑΣΤΡ/ΓΟΣ**
- 2. ΧΑΤΖΗΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡ. -ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**
- 3. ΜΠΑΜΠΟΥ ΧΡ.- ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ**
- 4. ΓΥΠΑ ΕΛΕΝΗ- ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ Ι.- ΕΠΚ.ΙΑΤΡΟΣ –ΚΑΡΔ/ΓΟΣ**
- 2. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π.- ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**
- 3. ΚΑΠΠΕ ΑΘ.- ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ**
- 4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.- ΠΕ Δ/ΚΟΥ–ΟΙΚ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής
(παράλληλα με τα καθήκοντα της)**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

- 1. κ. Διοικητή**
- 2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας**
- 3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος**
- 4. Γραφείο Υλικού**
- 5. Γραφείο Προμηθειών**