



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53
Ταχ. : 20131
Πληροφ. : Νταλιακούρα Μ.
Τηλέφωνο : 27413-61816
Fax : 27410-20529
E-mail: : m.ntaliakoura@hospkorinthos.gr

ΘΕΜΑ: « Έγκριση για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διαφόρων τμημάτων, CPV 33194120-3, 33192000-2, 33141110-4, 33162200-5, 33140000-3, 22993300-0 »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1. των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).
- 1.2. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4. του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) με τις τελευταίες αλλαγές από το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020).
- 1.6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.8. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
- 1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ».

1.10. του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.11. Τις διατάξεις του ν. 5165/2024 « Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (Α΄205).

2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.33822/31.07.2025 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ.967/Υ.Ο.Δ.Δ./31.07.2025) περί «Λήξης της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και εκ νέου διορισμού του.

2.2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β΄3284/2012).

2.3 Την αρ.πρωτ.2/53407/ΔΠΓΚ/17.07.2025(ΑΔΑ:ΡΘ5ΠΗ-ΥΟΖ)εγκυκλίου του Υπ.Οικ/κών «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2026»

2.4. Τον Ν.5262/25(Α 235) κύρωσης του Κρατικού Π/Υ οικ. έτους 2026 και την Εισηγητική Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών.

2.5.Την αρ. πρωτ.: 2/99170/ΔΠΓΚ (ΑΔΑ: ΨΥ37Η-9ΚΝ) Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2026»

2.6.Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.257/09.01.2026 (ΑΔΑ: 9ΑΛΞ465ΦΥΟ-5Η8) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

3. Τα έγγραφα

3.1. Την αρ. πρωτ. **1981/26-01-2026** αναφορά του Γραφείου Διαχείρισης υλικού.

3.2. Τις αρ. πρωτ. **564/09-01-2026, 636/12-01-2026** αναφορές του Χειρουργείου.

3.3. Την αρ. πρωτ. **27451/28-11-2025** αναφορά της Οφθαλμολογικής κλινικής.

3.4. Τις αρ. πρωτ. **29086/15-12-2025, 683/12-01-2026,2158/27-01-2026**, αναφορές της Επιτροπής Νοσοκομ. Λοιμώξεων

3.5. Τις αρ. πρωτ. **1856/23-01-2026, 1871/23-01-2026**, αναφορές της Μαιευτικής /Γυναικολογικής κλινικής.

3.6 .Τις αρ. πρωτ. **780/13-01-2026, 2415/29-01-2026** αναφορές των ΤΕΙ

3.7. Την αρ. πρωτ. **1434/19-01-2026** αναφορά της ΜΕΘ

3.8. Την αρ. πρωτ. **739/13-01-2026** αναφορά της Ορθοπεδικής κλινικής.

3.9. Την αρ. πρωτ. **455/08-01-2026** αναφορά του Ορθοπεδικού τμήματος.

3.10. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: **αρ.πρ.2717/03-02-2026, ΑΔΑ: 63Ξ84690Β5-6ΔΗ, ΑΛΕ 3.2.3.02.03.000.0001, ποσού 13.840,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: **Υγειονομικού υλικού διαφόρων τμημάτων, CPV 33194120-3, 33192000-2, 33141110-4, 33162200-5, 33140000-3, 22993300-0**, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.

2. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη**

προσφορά μόνο βάσει τιμής προϋπολογισμού δαπάνης **13.840,00€** συμ/νου ΦΠΑ, και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

A/A	ΚΩΔ. Γ.Ν.Κ.	Περιγραφή Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή	ΑΠΟΦΑΣΗ
1	2501-0011106	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ MONITOR	TMX	6.000	0,0354	25001/31-10-25
2	2405-0001186	ΛΑΜΕΣ 10 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση	TMX	1600	0,0213	25001/31-10-25
3	2405-0001187	ΛΑΜΕΣ 11 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση	TMX	4500	0,0213	25001/31-10-25
4	2405-0001192	ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 11 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση	TMX	600	0,1013	25001/31-10-25
5	2405-0001189	ΛΑΜΕΣ Νο20 μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση	TMX	800	0,0200	25001/31-10-25
6	2405-0001188	ΛΑΜΕΣ Νο15 μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση	TMX	800	0,0200	25001/31-10-25
7	2405-0011813	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΕΩΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ASI MONARCH III C	TMX	50	7	4602/27-02-2025
8	2405-0001831	Μαχαιρίδια στιλέτο τύπου V LANGE 19G	TMX	100	1,82	20408/08-09-2025

9	2405-0011802	Οφθαλμολογικά τριγωνάκια PVA Θα προτιμηθεί συσκευασία των 5τμχ διότι ακολουθούνται άσηπτες συνθήκες κατά τη διενέργεια εγχύσεων στην Οφθαλμολογική κλινική και σε περίπτωση μεγαλύτερης συσκευασίας εάν ανοιχθεί και οι ασθενείς είναι λιγότεροι τα περισσευούμενα τριγωνάκια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν	TMX	800	0,165	6890/28-03-2025
10	2501-0011830	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑ Ειδική διαφανής βαλβίδα κλειστού κυκλώματος ασφαλούς σύνδεσης και προστασίας ενδαγγειακών καθετήρων, ουδέτερης παλινδρόμησης αίματος (χωρίς παλινδρόμηση), ροής 165ml/min, παραμονής και χρήσης 7 ημέρων (600συνδεσεων), νεκρός χώρος (dead space) 0,04ml και αντοχή σε πίεση 75psi. luer-lock άκρου που δεν απαιτεί χρήση βελόνας με επίπεδη επιφάνεια καθαρισμού & δυνατότητα κατάργησης της ηπαρίνης (saline flush). χωρίς μεταλλικά μέρη, με εσωτερικό αυλό ροής του εγχυόμενου υγρού ώστε να μην έρχεται σε επαφή με εξωτερικά εκτεθειμένα μέρη της συσκευής κατάλληλη για χορήγηση iv solution, παρεντερικής διατροφής (trp), αντιβιοτικών κυτταροστατικών, λιπιδίων.	TMX	500	0,79	23001/07-10-2025
11	2406-0011521	ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ 10 cm x 12 cm Αποστειρωμένα διαφανή επιθέματα από λεπτό στρώμα λεπτής ημιδιαπερατής μεμβράνης, η οποία να μην επιτρέπει την είσοδο υγρών, βακτηρίων και ιών, ωστόσο να επιτρέπει την είσοδο του οξυγόνου και την αποβολή του Διοξειδίου του Άνθρακα και της υγρασίας μέσω της εξάτμισης. Η αποστειρωμένη μεμβράνη να αποτελείται από υποαλλεργική συγκολλητική ουσία χωρίς φυσικό ελαστικό λάτεξ, η οποία να επιτρέπει την παραμονή του επιθέματος στη θέση του για μεγάλο χρονικό διάστημα και την ορατή επισκόπηση του σημείου παρακέντησης, ελαχιστοποιώντας τις άσκοπες αλλαγές του επιθέματος.	TMX	300	1,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
12	2406-0011620	ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10 X 25 CM Αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα με διαφανής μεμβράνη για προστασία τραύματος, χειρουργικές τομές με περιμετρική κορνίζα. Να είναι αδιάβροχο με στρώμα προστασία σε ιούς και βακτήρια Να επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει Η διαφανής μεμβράνη να επιτρέπει την παρακολούθηση του πεδίου Να είναι υποαλλεργικό	TMX	300	3,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
13	2406-0011592	ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7cm X 8,5cm Διαφανές επίθεμα συγκράτησης με εγκοπή για την κάλυψη I.V. περιφερικών, φλεβικών ή αρτηριακών καθετήρων (πεταλούδα). Να είναι αδιάβροχο με υψηλό ρυθμό διαπνοής MVTR σύμφωνα με το EN 13726. Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα σύμφωνα με το ISO 10993. Να φέρει 2 αυτοκόλλητες λωρίδες	TMX	15.000	0,1310	25001/31-10-2025

		αποστειρωμένες για τη συγκράτηση του καθετήρα πριν την εφαρμογή του επιθέματος. Να έχει την δυνατότητα να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες δημιουργώντας αντιβακτηριακό και αντικό φραγμό σύμφωνα με το EN 13726. Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού				
14	2406-0011601	ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (κωδ. Νοσοκομείου: 2406-0011601): 1.000τμχ Διαφανές επίθεμα συγκράτησης για την κάλυψη I.V. περιφερικών καθετήρων (πεταλούδα). Να είναι αδιάβροχο με υψηλό ρυθμό διαπνοής MVTR σύμφωνα με το EN 13726. Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα σύμφωνα με το ISO 10993. Να φέρει 2 αυτοκόλλητες λωρίδες αποστειρωμένες για τη συγκράτηση του καθετήρα πριν την εφαρμογή του επιθέματος. Να έχει την δυνατότητα να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες δημιουργώντας αντιβακτηριακό και αντικό φραγμό σύμφωνα με το EN 13726. Να φέρει CE mark Class II με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.	TMX	1000	0,18	25001/31-10-2025
15	2406-0011637	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΟΠΗ 170*250 ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ: 2406-0011637/ TMX .500 Να είναι δύο στρώσεων και να αποτελείται από μία μεμβράνη πολυαιθυλενίου χωρίς πόρους, αδιαπέραστη από υγρά και μικρόβια, δραστικά στον κίνδυνο επιμόλυνσης στις χειρουργικές επεμβάσεις και μία στρώση απρροφητικού πολυπροπυλενίου non woven, , που να διασφαλίζουν μέγιστη και τάχιστη απορροφητικότητα των υγρών. Να είναι αδιαπέραστα από την υγρασία και τα μικρόβια, πολύ ανθεκτικά στο σχίσιμο να μην αφήνουν χνούδι.Αποστειρωμένα με ΕΟ. Με πλατύ, υποαλλεργικό αυτοκόλλητο περιμετρικά της οπής, ισχυρής συγκόλλησης για σταθερή και ασφαλή τοποθέτηση. Να μην περιέχουν λάτεξ. Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία (EU) 2017/745 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να έχουν ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I. Να πληρούν το πρότυπο EN13795 στο υψηλότερο επίπεδο high performance. Κατάλληλο για τοποθέτηση κεντρικών γραμμών. Μεγάλη διάρκεια αποστείρωσης	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25τμχ	20	6,50	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
16	2405-0011848	ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ 3 WAY STOP COCK ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 10CM	TMX	1000	0,19	28827/11-12-2025
17	2406-0011622	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8,5cmX11,5cm Διαφανές, αντιμικροβιακό επίθεμα με ενσωματωμένη γέλη χλωρεξιδίνης 2% για κάλυψη καθετήρων ΚΦΚ κ Αρτηριακών. Να είναι αδιάβροχο με υψηλό ρυθμό διαπνοής MVTR σύμφωνα με το EN 13726. Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα σύμφωνα με το ISO 10993. Να έχει την δυνατότητα να παραμείνει μέχρι 7	TMX	300	7,50	30254/23-12-2025

		ημέρες δημιουργώντας αντιβακτηριακό και αντικό φραγμό. Να διατίθεται στις διαστάσεις: 8,5 cm X 11,5 cm.				
18	2501-0011787	Δοχείο απόρριψης βελονών και αιχμηρών ιατρικών αντικειμένων χωρητικότητας 0,5Lt • Εύκολη μεταφορά • Πρακτικό σύστημα ανοίγματος • Προσωρινό ή μόνιμο κλείσιμο • Μηχανισμός Αφαίρεσης βελόνας ή ινσουλίνης • Ανθεκτικό σε χτυπήματα, σπασίματα • Σταθερή και στιβαρή κατασκευή	TMX	500	0,5999	25001/31-10-2025
19	2501-0011246	ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	TMX	1000	0,0976	9767/05-05-2025
20	2405-0011893	ΤΡΟΚΑΡ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 500 τμχ ΤΡΟΚΑΡ ΑΣΚΟΥ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ (IV) ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΚΟΥΣ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ, ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΒΑΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ: • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CLAVE**. • ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΜΠΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ. • ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ, ΑΚΑΜΠΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΥΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΥΠΟΥ 'ΟΜΠΡΕΛΑ' ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΡΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΟ ΡΟΗΣ Ή ΝΑ ΕΠΙΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ. • ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 'ΣΚΛΗΡΟΥΣ' ΚΑΙ 'ΜΑΛΑΚΟΥΣ' ΑΣΚΟΥΣ IV	TMX	500	1,75	5728/13-03-2025
21	2406-0011636	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ Να είναι μιας χρήσεως, από υλικό non woven δύο στρωμάτων. Η μία στρώση να είναι αδιάβροχο πολυαιθυλένιο 25g/m² και η άλλη στρώση από απορροφητικό πολυπροπυλένιο 30g/m². Τα δύο στρώματα να είναι θερμοκολλημένα και να έχουν βάρος συνδυαστικά 55gr/m². Να είναι ανθεκτικά, μαλακά, πλήρως αδιάβροχα και να μην αφήνουν αιωρούμενα μικροσωματίδια (χνούδι). Να είναι απορροφητικά και να μη σκίζονται όταν βραχούν. Να έχουν διάσταση 60x75cm με ρομβοειδή οπή διαστάσεων 10x10cm στο κέντρο του πεδίου και αυτοκόλλητο περιμετρικά	TMX	500	0,70	23001/07-10-2025

		της οπής. Να διαθέτουν αυτοκόλλητο πλάτους 4,5cm σε όλη την πλευρά των 60cm. Το αυτοκόλλητο να μην περιέχει λάτεξ ή κολοφώνιο και να έχει κενό στην άκρη, ώστε να αφαιρείται εύκολα Να πληρούν το πρότυπο EN 13795, High performance critical area Να είναι άφλεκτα κλάσης 1 και να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το πρότυπο 16 CFR Part 1610 Να είναι αποστειρωμένα με ΕΟ Να είναι ατομικά συσκευασμένα, ώστε να διαφυλάσσεται η άσηπτη τεχνική Να διατίθενται σε εσωτερική χάρτινη συσκευασία τύπου dispenser, για διευκόλυνση στην αποθήκευση στο χειρουργείο, αλλά και οικονομία στη διαχείριση και τη χρήση Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να έχουν ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης Is Η διάρκεια της αποστείρωσης να είναι 5 χρόνια Να κατατεθεί το επίσημο πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο				
22	2405-0001345	ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί και πλαστικό σωληνάριο με υλικό μεταφοράς AMIES, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένα ανά ζευγάρι .	TMX	300	0,146	16282/16-07-2025
23	2405-0001300	Αμνιοτόμοι	TMX	200	0,55	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
24	2405-0001637	Βάλβες γυναικολογικές αποστειρωμένες	TMX	500	0,64	15434/07-07-2025
25	2501-0013292	Θερμογραφικό Χαρτί ρολό 75mm x 30 μέτρα για το οφθαλμολογικό Ιατρείο	TMX	50	7,5	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ
26	2405-0013311	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ Να αποτελείται από: Αποσπώμενο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 250ml με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη με ενσωματωμένο βακτηριακό φίλτρο με προστασία υπερχειλίσσης και οσμών και ενσωματωμένο σωλήνα luer που να συνδέεται απευθείας με τον σωλήνα αναρρόφησης της τραχειοστομίας. Το δοχείο να είναι απόλυτα συμβατό με αντίστοιχη φορητή αντλία με τα	TMX	1	80,00	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

		εξής χαρακτηριστικά: a. Βάρος 1,2kg b. προσαρμόσιμη διαλείπουσα αρνητική πίεση c. προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ -60 έως -300mbar d. ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού e. δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 18 ωρών) Ενδοτραχειακό σωλήνα με ενσωματωμένο αυλό υπογλωττιδικής αναρρόφησης, απόλυτα συμβατό με το σύστημα αυτόματης υπογλωττιδικής αναρρόφησης				
27	2501-0011069	Ουροδοχεία ανδρικά χάρτινα αδιάβροχα μιας χρήσης	TMX	200	0,27	27296/26-11-2025
28	2406-0011611	ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ενισχυμένο κάλυμμα τραπεζιού 150x200 cm Ενισχυμένο κάλυμμα Mayo για τραπέζι εργαλειοδοσίας 78 x 145 cm Χειρουργικό Πεδίο Αναισθησίας 150x240 cm Χειρουργικό Πεδίο με Αυτοκόλλητο 75x90cm Κάλυμα ποδιού (40x75cm) Χειροπετσέτα (40x40 cm) X4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΔΙΩΝ 150x180cm ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΕΤ 100x100CM Αυτοκόλλητη ταινία (10x50cm) X2	TMX	100	13,00	26354/30-10-2023
29	2406-0005481	Στηρικτικό επισκληρίδιου καθετήρα με αντιαλλεργική μεμβράνη 18G, ΤΥΠΟΥ PROTEX	TMX	50	4,90	7642/22-03-2024
30	2501-0011839	ΤΟΛΥΠΙΑ NON WOVEN 10x10	TMX	2500	0,01	24760/29-10-2025
31	2501-0011840	ΤΟΛΥΠΙΑ NON WOVEN 10x20	TMX	2500	0,01	24760/29-10-2025

ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων προς αξιολόγηση, επί ποινής αποκλεισμού, για τα είδη:
A/A 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,29

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 09-02-2026 , ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.30 πμ.

Η αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ.25065/04-12-2025 απόφαση Διοικητή για το έτος 2026.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Υποχρεωτικό για όλους

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1. **Τεχνική Προσφορά** {να αναγράφεται απαραίτητως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ' το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN} (όπου απαιτείται)
2. **Οικονομική Προσφορά**
3. **Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986** του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 - ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των παρατημάτων αυτής,
 - δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος του οικονομικού φορέα, όσο και εις βάρος:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), των διαχειριστών,

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του διευθύνοντα συμβούλου, των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

- στις περιπτώσεις των συνεταρισμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

- στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, του κατά περίπτωση νόμιμου Εκπροσώπου.

- δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- περί μη επιβολής σε βάρος του, της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού του άρθρου 74, παρ.4 του ν. 4412/2016.

- είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας

- ο προσφέρων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των υλικών στο γραφείο διαχείρισης υλικού , θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών είτε αφορούν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες είτε σε τμηματικές παραγγελίες.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

κ.α.α

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤ.- ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β. Μ/Γ**
- 2. ΡΕΜΜΑΣ ΑΝΔΡ.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**
- 3. ΓΙΑΤΡΑ Π.-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ**
- 4. ΓΥΠΑ ΕΛΕΝΗ- ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ Μ.ΙΑΤΡΟΣ – Ε.Β ΚΑΡΔ/ΓΟΣ**
- 2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Γ.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**
- 3. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΣ..-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ**
- 4. ΚΟΛΛΙΑ Μ. ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤ.Γραμματέας Επιτροπής**
(παράλληλα με τα καθήκοντα της)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

- 1. κ. Διοικητή**
- 2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας**
- 3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος**
- 4. Γραφείο Υλικού**
- 5. Γραφείο Προμηθειών**