



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53
Ταχ. : 20131
Πληροφ. : Νταλιακούρα Μ.
Τηλέφωνο : 27413-61816
Fax : 27410-20529
E-mail: : [m.ntaliakoura @hospkorinthos.gr](mailto:m.ntaliakoura@hospkorinthos.gr)

ΘΕΜΑ: « Έγκριση για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού Ουρολογικής κλινικής, CPV 33162200-5, 33141200-2 33194000-6»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1. των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).
- 1.2. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4. του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) με τις τελευταίες αλλαγές από το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020).
- 1.6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.8. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
- 1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ».

1.10. του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.11. Τις διατάξεις του ν. 5165/2024 « Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (Α΄205).

2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.33822/31.07.2025 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ.967/Υ.Ο.Δ.Δ./31.07.2025) περί «Λήξης της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και εκ νέου διορισμού του.

2.2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β΄3284/2012).

2.3 Την αρ.πρωτ.2/53407/ΔΠΓΚ/17.07.2025(ΑΔΑ:ΡΘ5ΠΗ-ΥΟΖ)εγκυκλίου του Υπ.Οικ/κών «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2026»

2.4. Τον Ν.5262/25(Α 235) κύρωσης του Κρατικού Π/Υ οικ. έτους 2026 και την Εισηγητική Έκθεση του Υπουργού Οικονομικών.

2.5.Την αρ. πρωτ.: 2/99170/ΔΠΓΚ (ΑΔΑ: ΨΥ37Η-9ΚΝ) Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2026»

2.6.Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.257/09.01.2026 (ΑΔΑ: 9ΑΛΞ465ΦΥΟ-5Η8) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

3. Τα έγγραφα

3.1. Την αρ. πρωτ. **1981/26-01-2026** αναφορά της Ουρολογικής κλινικής.

3.2. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: **αρ.πρ.4365/24-02-2026, ΑΔΑ: 9ΜΗΔ4690Β5-ΞΓΩ, ΑΛΕ**

2.4.1.01.08.000.0001, ποσού 5.456,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

3.3. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: **αρ.πρ.4389/24-02-2026, ΑΔΑ: ΡΚΠ84690Β5-ΤΨΒ, ΑΛΕ**

3.2.3.02.03.000.0001, ποσού 5.344,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: **Υγειονομικού υλικού της Ουρολογικής κλινικής, CPV 33162200-5, 33141200-2, 33194000-6,** για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.

2. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** προϋπολογισμού δαπάνης **10.800,00€** συμπ/νου ΦΠΑ, και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

Α/Α	ΚΩΔ. Γ.Ν.Κ.	Περιγραφή Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή	ΑΠΟΦΑΣΗ	ΑΛΕ
1	2501-	<u>Ψηφιακό εύκαμπτο κυστεοσκόπιο μίας</u>	ΤΜΧ	3	510,00	15279/04-	3.2.3.02.03.000.0001

	0013269	<p><u>χρήσης</u>. Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους 120ο, με βάθος πεδίου 5-50mm, με ενσωματωμένη διπλή πηγή φωτός LED στο άκρο του. Το μήκος του να είναι 380mm, με εξωτερική διάμετρο καθετήρα 13.2Fr και άκρο σε σχήμα σφαίρας, με ελάχιστο κανάλι εργασίας 6,6Fr. Να έχει εύκαμπτο άκρο διπλής κατεύθυνσης, με γωνία αμφίπλευρης κατεύθυνσης (210ο άνω και 120ο κάτω). Να παρέχει δυνατότητα επιλογής κλειδώματος θέσης άκρου υπό οποιαδήποτε γωνία, χωρίς να απαιτείται η συνεχής εμπλοκή του χειριστή. Να συνδέεται κατευθείαν σε monitor, χωρίς να είναι απαραίτητη άλλη ξεχωριστή πηγή ενέργειας που να συνδέεται απευθείας με το κυστεοσκόπιο.</p>				07-25	
2	2405-0013315	<p><u>Ουρητηρικά stent από 100% μαλακής σύστασης εύκαμπτη κίτρινη σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και άνεση στον ασθενή. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά, οδηγό σύρμα terumo με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος του, με ευθύ εύκαμπτο άκρο 3cm, σκληρότητας stif, διαμέτρου 0,035'' ch/fr και μήκος 150cm. Να προσφέρεται σε σετ με συνδεόμενο προωθητή (locking system) με ακτινοσκοπικό tip. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες. Ανοικτού – ανοικτού άκρου. Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία</u> Μέγεθος 6 ch 26cm</p>	TMX	5	135,00	NEO ΕΙΔΟΣ	3.2.3.02.03.000.0001
3	2405-0013316	<p><u>Ουρητηρικά stent από 100% μαλακής σύστασης εύκαμπτη κίτρινη σιλικόνη με υδρόφιλη επίστρωση για μέγιστη βιοσυμβατότητα και άνεση στον ασθενή. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις για εύκολο εντοπισμό με διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά, οδηγό σύρμα terumo με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος του, με ευθύ εύκαμπτο άκρο 3cm, σκληρότητας stif, διαμέτρου 0,035'' ch/fr και μήκος 150cm. Να προσφέρεται σε σετ με συνδεόμενο προωθητή (locking system) με ακτινοσκοπικό tip. Η διάρκεια παραμονής τους να είναι 12 μήνες. Ανοικτού – Ανοικτού άκρου. Το σετ να προσφέρεται με κάθε προϊόν σε ξεχωριστή ατομική αποστειρωμένη συσκευασία</u> Μέγεθος 6 ch 28cm</p>	TMX	5	135,00	NEO ΕΙΔΟΣ	3.2.3.02.03.000.0001
4	2501-0013295	<p><u>Κύκλωμα ελεγχόμενης χορήγησης υγρών κατά την ουρητηροσκόπηση (τύπου Traxer Flow).</u> Να διαθέτει δύο ακίδες σύνδεσης με ασκούς υγρών, κυλινδρικό θάλαμο flash με βαλβίδες</p>	TMX	5	70,00	NEO ΕΙΔΟΣ	3.2.3.02.03.000.0001

		αντεπιστροφής και συνδετικό «Τ» με υποδοχή από γωνία 45° για έγχυση σκιαγραφικού, με δύο στρόφιγγες, και βαλβίδα εισαγωγής ίνας λέιζερ ή εργαλείων, Tuohy Borst με φλαντζα στεγάνωσης					
5	2405-0013317	<u>Εξαγωγέας λίθων τύπου μπάσκετ (τύπου DORMIA από NITINOL) με 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΡΜΑΤΑ NO TIP 1.5ch 120 CM</u> Εξαγωγέας λίθων τύπου μπάσκετ με 4 ομαλά σύρματα από NITINOL χωρίς αιχμηρό άκρο 1.5ch μήκους 120 CM για εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο και διάμετρο καλαθιού Φ9mm. Να προσφέρεται με αδιάβροχο συνδετικό Tuohy-Borst	TMX	3	2,78	NEO ΕΙΔΟΣ	3.2.3.02.03.000.0001
6	2405-0013318	<u>Εμπρόσθιου σχεδιασμού καλάθι σύλληψης και εξαγωγής ουρητηρικών λίθων(τύπου DORMIA FRONT) σχήματος τριγωνικού βρόχου μέγιστου ανοίγματος 11 mm διάμετρου 1.5ch μήκους 120cm.</u> Να διαθέτει ενισχυμένο άκρο από polyester για να διασφαλίζει ανθεκτικότητα. Ο τριγωνικός βρόχος στο εμπρόσθιο μέρος του, να λειτουργεί ως λαβίδα σύλληψης (grasper) και ταυτόχρονα να περιτυλίγεται και να συγκρατεί με ασφάλεια το λίθο σαν καλάθι(basket). Ο βρόχος να αποτελείται από 3 ενωμένα σύρματα από NITINOL για ελαστικότητα , ισχυρή αντίσταση σε συστροφές και μνήμη επαναφοράς στο αρχικό σχήμα. Άνοιγμα βρόχου σε μέγιστη διάμετρο 11mm. Το θηκάρι να είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο πολυμερές για ομαλή και εύκολη εισαγωγή με διάμετρο 1.5ch/Fr, μήκους 120cm	TMX	3	357,00	NEO ΕΙΔΟΣ	3.2.3.02.03.000.0001
7	2516-13054	<u>Ίνα LASER, πολλαπλών (10X) χρήσεων συμβατή με σύστημα Ουρολογικού Laser Dornier/Medilas H 35.</u> Να διαθέτει πυρήνα χαλαζία που αποτρέπει την καταστροφή των οπτικών τμημάτων της συσκευής. Να επιτρέπει την μεταφορά της ενέργειας τουλάχιστον 30 W, χωρίς απώλειες. Να διαθέτει μεγάλη αντοχή στην κάμψη, χωρίς να περιορίζει την μέγιστη κυρτότητα της άκρης του ενδοσκοπίου. Να διαθέτει τεχνολογία RFID για την ευκολία λειτουργίας της συσκευής. Να διαθέτει μήκος εργασίας περίπου 3m και διάμετρο πυρήνα ίνας περίπου 270μm , με χρωματική ένδειξη	TMX	1	1.100,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	2.4.1.01.08.000.0001
8	2516-13055	<u>Ίνα LASER, πολλαπλών (10X) χρήσεων συμβατή με σύστημα Ουρολογικού Laser Dornier/Medilas H 35.</u> Να διαθέτει πυρήνα χαλαζία που αποτρέπει την καταστροφή των οπτικών τμημάτων της	TMX	1	1.100,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	2.4.1.01.08.000.0001

		<p>συσκευής. Να επιτρέπει την μεταφορά της ενέργειας τουλάχιστον 35 W, χωρίς απώλειες. Να διαθέτει μεγάλη αντοχή στην κάμψη, χωρίς να περιορίζει την μέγιστη κυρτότητα της άκρης του ενδοσκοπίου. Να διαθέτει τεχνολογία RFID για την ευκολία λειτουργίας της συσκευής. Να διαθέτει μήκος εργασίας περίπου 3m και διάμετρο πυρήνα ίνας περίπου 400μm, με χρωματική ένδειξη</p>					
9	2516-13056	<p><u>Ίνα LASER, πολλαπλών (10X) χρήσεων συμβατή με σύστημα Ουρολογικού Laser Dornier/Medilas H 35.</u></p> <p>Να διαθέτει πυρήνα χαλαζία που αποτρέπει την καταστροφή των οπτικών τμημάτων της συσκευής. Να επιτρέπει την μεταφορά της ενέργειας τουλάχιστον 35 W, χωρίς απώλειες. Να διαθέτει μεγάλη αντοχή στην κάμψη, χωρίς να περιορίζει την μέγιστη κυρτότητα της άκρης του ενδοσκοπίου. Να διαθέτει τεχνολογία RFID για την ευκολία λειτουργίας της συσκευής. Να διαθέτει μήκος εργασίας περίπου 3m και διάμετρο πυρήνα ίνας περίπου 600μm, με χρωματική ένδειξη</p>	TMX	1	1.100,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	2.4.1.01.08.000.0001
10	2516-13057	<p><u>Ίνα LASER, πολλαπλών (10X) χρήσεων συμβατή με σύστημα Ουρολογικού Laser Dornier/Medilas H 35.</u></p> <p>Να διαθέτει πυρήνα χαλαζία που αποτρέπει την καταστροφή των οπτικών τμημάτων της συσκευής. Να επιτρέπει την μεταφορά της ενέργειας τουλάχιστον 35 W, χωρίς απώλειες. Να διαθέτει μεγάλη αντοχή στην κάμψη, χωρίς να περιορίζει την μέγιστη κυρτότητα της άκρης του ενδοσκοπίου. Να διαθέτει τεχνολογία RFID για την ευκολία λειτουργίας της συσκευής. Να διαθέτει μήκος εργασίας περίπου 3m και διάμετρο πυρήνα ίνας περίπου 1000μm, με χρωματική ένδειξη</p>	TMX	1	1.100,00	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	2.4.1.01.08.000.0001

ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 04-03-2026 , ημέρα Τετάρτη, ώρα 11.30 πμ.

Η αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ'αρ.25065/04-12-2025 απόφαση Διοικητή για το έτος 2026.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η

εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Υποχρεωτικό για όλους

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1. **Τεχνική Προσφορά** {να αναγράφεται απαραίτητως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ' το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN} (όπου απαιτείται)
2. **Οικονομική Προσφορά**
3. **Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986** του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 - ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των παρατημάτων αυτής,
 - δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος του οικονομικού φορέα, όσο και εις βάρος:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), των διαχειριστών,
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του διευθύνοντα συμβούλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, του κατά περίπτωση νόμιμου Εκπροσώπου.
- δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- περί μη επιβολής σε βάρος του, της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού του άρθρου 74, παρ.4 του ν. 4412/2016.
- είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της έδρας της εταιρείας, με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας
- ο προσφέρων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των υλικών στο γραφείο διαχείρισης υλικού , θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών είτε αφορούν σε ολοκληρωμένες παραγγελίες είτε σε τμηματικές παραγγελίες.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤ.- ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β. Μ/Γ
2. ΡΕΜΜΑΣ ΑΝΔΡ.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΓΙΑΤΡΑ Π.-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΓΥΠΑ ΕΛΕΝΗ- ΔΕ Δ/ΚΟΥ Γραμματέας Επιτροπής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ Μ.ΙΑΤΡΟΣ – Ε.Β ΚΑΡΔ/ΓΟΣ
2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Γ.-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΣ..-ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΚΟΛΛΙΑ Μ. ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤ.Γραμματέας Επιτροπής
(παράλληλα με τα καθήκοντα της)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών