



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αθηνών 53
Ταχ. : 20131
Πληροφ. : Κοντογιάννης Χρ.
Τηλέφωνο : 27413-61872
Fax : 27410-20529
E-mail: : chr.kont@hospkorinthos.gr
prom@hospkorinthos.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προμήθειας ψυγείου ειδικού τύπου για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο και εργαλείων παρασκευής φαγητού, ΑΛΕ 3.1.2.01.02.000.0001, CPV 39711130-9, 39314000-6.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1.** των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ τ.Α'/247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/14-07-2014).
- 1.2.** του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α'/45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
- 1.3.** του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ τ.Α'/81/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- 1.4.** του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ τ.Α'/25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.5.** του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- 1.6.** του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α'/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- 1.7.** του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 1.8.** του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.

1.9. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄/36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

1.10. του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄/145/05-08-2016) περί αναλήψεως δαπανών από τους Διατάκτες.

1.11. Την αρ. πρωτ. 99864/15-12-2025 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

2. Τις Αποφάσεις:

2.1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.33822/31.07.2025 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ.967/Υ.Ο.Δ.Δ./31.07.2025) περί «Λήξης της θητείας του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και εκ νέου διορισμού του

2.2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112159 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (Β΄3284/2012).

2.3. 2.3.Την αρ.πρωτ.2/53407/ΔΠΓΚ/17.07.2025(ΑΔΑ:ΡΘ5ΠΗ-ΥΟΖ) Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2026»

2.4. Τον Ν.5262/25(Α 235)κύρωσης του Κρατικού Π/Υ οικ. έτους 2026 και την Εισηγητική Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών

2.5. Την αρ. πρωτ.:2/99170/ΔΠΓΚ (ΑΔΑ: ΨΥ37Η-9ΚΝ) Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομία και Οικονομικών « Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2026»

2.6. Την υπ΄ αριθμ.Πρωτ.Β2.α/Γ.Π.257/09.01.2026 (ΑΔΑ: 9ΑΛΞ465ΦΥΟ-5Η8) Απόφαση Υφυπουργού Υγείας Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

3. Τα έγγραφα

3.1. Την αρ.πρ.**5021/03-03-2026** αναφορά της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Κλινικής Διατροφής

3.2. Την αρ.πρ.**5867/12-03-2026** αναφορά του Προϊστάμενου του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου.

3.3. Το αρ.πρ.**9512/28-04-2026** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Κλινικής Διατροφής με τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών.

3.4. Την σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: **αρ.πρ. 9195/23-04-2026, ΑΔΑ: 9ΚΓ04690Β5-2Ω9, ΑΛΕ**

3.1.2.01.02.000.0001 Βποσού **7.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια: **ψυγείου ειδικού τύπου για το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο και εργαλείων παρασκευής φαγητού, ΑΛΕ 3.1.2.01.02.000.0001, CPV 39711130-9, 39314000-6** για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.
2. Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ** και συγκεκριμένα όπως αναλύεται παρακάτω:

A/A	ΚΩΔ. Γ.Ν.Κ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΛΕ	CPV
1	-	Μονόπορτο εργαστηριακό Ψυγείο τύπου βιτρίνας	TMX	1	3.148,00	3.1.2.01.02.000.0001	39711130-9
2	-	Βάση μοτέρ επαγγελματικού συστήματος cutter-blender	TMX	1	1.100,00	3.1.2.01.02.000.0001	39314000-6
3	-	Ανοξείδωτο Μπολ Cutter 3,7 λίτρων	TMX	1	640,00	3.1.2.01.02.000.0001	39314000-6
4	-	Μίξερ Χειρός παραγωγικής δυνατότητας έως 30 λίτρα/ώρα	TMX	1	731,00	3.1.2.01.02.000.0001	39314000-6

Τα ζητούμενα είδη A/A2 και A/A3 να είναι συμβατά μεταξύ τους.

Η οικονομική προσφορά για τα ζητούμενα είδη A/A2 και A/A3 θα αξιολογηθεί ως ενιαίο σύνολο.

Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωτικά φύλλα (prospectus) των τεχνικών προδιαγραφών τους.

Τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη:

A/A1 Μονόπορτο εργαστηριακό Ψυγείο τύπου βιτρίνας

• **Κατασκευή**

Να διαθέτει εξωτερική κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με επεξεργασία κατά της διάβρωσης και επικαλυμμένο με λευκό φιλμ PVC. Επιπρόσθετα η εσωτερική κατασκευή να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα γυαλισμένο (Scotch-Brite τύπου).

• **Μόνωση**

Να διαθέτει μόνωση πάχους 60 mm με έγχυση υψηλής πυκνότητας οικολογικού αφρού πολυουρεθάνης CFC-free για εξαιρετική διατήρηση των προϊόντων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

• **Πόρτα**

Να έχει μια (1) γυάλινη πόρτα με αυτόματο κλείσιμο (διπλό γυαλί χαμηλής εκπομπής), με μαγνητικό λάστιχο και στις 4 πλευρές για τέλειο κλείσιμο. Επιπλέον η θύρα του οργάνου να διαθέτει κλειδαριά με κλειδί.

• **Φως**

Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED (κατανάλωση έως 70% χαμηλότερη, οικολογικό) με αυτόματο άναμμα με το άνοιγμα της πόρτας και με εξωτερικό διακόπτη.

• **Ράφια**

Να συνοδεύεται από 4 ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενα σε ύψος.

• **Εύρος θερμοκρασίας**

Να έχει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ανάμεσα +2° C και +12° C. Προτοποθετημένη στους +4°C και Ψηφιακά ρυθμιζόμενη ανά 0,1°C.

• **Σύστημα ψύξης**

Το σύστημα ψύξης του να είναι πλήρως σφραγισμένος, αθόρυβος και υψηλής απόδοσης συμπιεστής και αεριζόμενος συμπυκνωτής (κατάλληλο και για τροπικές χώρες) τοποθετημένος στην οροφή. Επίσης να διαθέτει εσωτερικό αεριζόμενο εξατμιστή και το σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα να διασφαλίζει την ομοιομορφία της θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο. Επίσης ο ανεμιστήρας να σταματάει με το άνοιγμα της πόρτας και το ψυκτικό υγρό να είναι οικολογικό CFC-free.

• **Απόψυξη**

Να διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος απόψυξης με αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων.

• **Χωρητικότητα**

Η χωρητικότητα του να είναι περίπου 700 lt

• **Τάση λειτουργίας**

Το όργανο να λειτουργεί σε τάση 230V και συχνότητα 50 Hz

- **Κατανάλωση**

Η κατανάλωσή του να είναι περίπου 140 Watt

- **Ψυκτικό υγρό**

Το ψυκτικό υγρό να είναι τύπου CFC/HCFC-free R290

- **Πίνακας ελέγχου και συναγερμοί**

Το όργανο να διαθέτει Πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή με εύκολη στην ανάγνωση ψηφιακή οθόνη που να εμφανίζει το μενού, τη θερμοκρασία, την επιλεγμένη θερμοκρασία, ημερομηνία και ώρα, μοντέλο ψυγείου. Να έχει άνοιγμα και κλείσιμο μόνο με χρήση κωδικού και συνεχής παρακολούθηση θερμοκρασίας με εμφάνιση της επιλεγμένης και των συναγερμών στην οθόνη, μέσω αισθητήρα PT1000. Επιπλέον να διαθέτει Οπτικοακουστικούς συναγερμούς Υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας (ρυθμιζόμενοι), ανοιχτής πόρτας, αποτελεσματικότητας συμπυκνωτή, προβλήματος στα αισθητήρια, πτώσης τάσης, χαμηλής μπαταρίας. Τέλος να έχει Θύρα USB για εξαγωγή δεδομένων θερμοκρασίας και συναγερμών ή επανεκκίνηση του συστήματος.

- **Καταγραφή**

Να διαθέτει καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας και συναγερμών τουλάχιστον των τελευταίων 30 ημερών και εξαγωγή τους σε USB.

- **Βασικός εξοπλισμός**

Το όργανο να συνοδεύεται από:

- 4 ράφια
- 4 ρόδες με 2 πόδια σταθεροποίησης ρυθμιζόμενα
- Κλειδαριά με κλειδί
- Επαφές απομακρυσμένου συναγερμού (Dry contact)

- **Προαιρετικά εξαρτήματα**

Το όργανο να συνοδεύεται από:

- Συρτάρια τηλεσκοπικά από ανοξείδωτο χάλυβα (έως 7)
- Σύστημα αποστολής μηνυμάτων συναγερμού μέσω GSM
- Θύρα δικτύου LAN για σύνδεση μέσω internet σε PC για παρακολούθηση σωστής λειτουργίας

- **Εξωτερικές διαστάσεις και βάρος**

Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι περίπου 700x800x1990 (ΠxBxΥ mm) – kg.142

- **Συμφωνία με τα πρότυπα**

Το όργανο να διαθέτει CE και να είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα 2014/35/UE, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/UE

Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας **ISO9001:2015, ISO13485:2016, ISO14001** και ο προμηθευτής πιστοποιητικά ποιότητας **ISO9001:2015, ISO13485:2016** και βεβαίωση ότι καλύπτει την Υπουργική απόφαση ΔΥ86

Ο προμηθευτής να διαθέτει πλήρως εκπαιδευμένο τμήμα με εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή.

- **Το όργανο να διαθέτει δύο (2) εγγύηση.**

A/A2 Βάση μοτέρ επαγγελματικού συστήματος τύπου cutter-blender

- Σταθερή ταχύτητα λειτουργίας **1500 r.p.m.**, κατάλληλη για ομοιογενή πολτοποίηση χωρίς υπερθέρμανση τροφίμων.
- Μονοφασική τροφοδοσία **230V / 50Hz**, πλήρως συμβατή με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δημοσίων δομών.
- Συμπαγείς διαστάσεις (226x304x205 mm), που επιτρέπουν ασφαλή τοποθέτηση σε επαγγελματικό πάγκο κουζίνας.
- Να διαθέτει μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη και αξιοπιστία.
- Να μπορεί να προσαρμόζεται , cutter INOX και λαχανοκόπτης.
- Να έχει διακόπτη στιγμιαίας λειτουργίας.
- Ισχύς περίπου 650watt

Κινητήρας κατασκευασμένος με ρουλεμάν για αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς

- Κινητήρας άμεσης κίνησης:
- Επιπλέον ισχύς
- Χωρίς μάντες

- Χωρίς συντήρηση
- Χωρίς ψήκτρες
- Άξονας κινητήρα από ανοξείδωτο ατσάλι
- **Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση**

A/A3 Ανοξείδωτο Μπολ τύπου Cutter 3,7 λίτρων

- Παρασκευή πολτοποιημένων γευμάτων, πουρέ, σαλτσών, με **απόλυτα ελεγχόμενη υφή**.
- Ανοξείδωτη κατασκευή, κατάλληλη για αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και απολύμανσης ιδανικό για επαναλαμβανόμενη παραγωγή τροφών ειδικής διαίτας χωρίς αλλοιώσεις στη σύσταση.
- Με καπάκι διάφανο και με τρύπα για εύκολη εφαρμογή που το κάνει πιο γρήγορο και απλό στη χρήση.
- Με μαγνητικό σύστημα ασφαλείας και φρένο κινητήρα που σταματάει λεπίδες να κινούνται μόλις ανοίξει το καπάκι.
- Με λαβή για άνετο κράτημα.
- **Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση**

A/A4 Μίξερ Χειρός παραγωγικής δυνατότητας έως 30 λίτρα/ώρα

Κατάλληλο για να παρασκευάζει σουπες, σάλτσες, πολτούς, πουρέ φρούτων και λαχανικών

- Δυνατότητα συνεχόμενης λειτουργία.
- Μακρύς άξονας (300 mm) για βαθύτερα σκεύη, Ύψος 660mm, Βάθος 94mm, καθαρό βάρος 3.100 Kgr
- Ισχύς **350W**, αυξημένη απόδοση σε πυκνά τρόφιμα.
- Μονάδα κινητήρα από ανοξείδωτο ατσάλι με αεραγωγούς στο πάνω μέρος
- Εξίσου πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή και εύκολη αποσυναρμολόγηση.
- Ιδανικό για κεντρική κουζίνα με πολλαπλά τμήματα σίτισης.
- Ταχύτητα:2300-9600r.p.m
- Να διαθέτει ανταλλακτικό σύρμα για ανάδευση (μίξερ ζαχαροπλαστικής).
- Λαβή ειδικά σχεδιασμένη για να διευκολύνει και να μην κουράζει τον χρήστη.
- Μεταβαλλόμενη ταχύτητα ώστε να γίνεται η σωστή ρύθμιση ανάλογα με την τροφή που χρειάζεται να επεξεργαστεί το μίξερ.
- Μαχαίρι με 3 λεπίδες, ειδικά διαμορφωμένο για να πετυχαίνει το μέγιστο αποτέλεσμα και την τέλεια κοπή της τροφής.
- Καμπάνα, μαχαίρι, ρουλεμάν να είναι ανοξείδωτης κατασκευής και να μπορούν να αφαιρεθούν για καλύτερο καθαρισμό του μίξερ από τα υπολείμματα τροφής.
- **Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση**

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 06-05-2026 , ημέρα Τετάρτη, ώρα 13.00 μ.μ.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr , τηλ: 2103601671.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.	<p>Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του/των νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων, στην οποία θα δηλώνεται ότι:</p> <ul style="list-style-type: none">ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των παρατημάτων αυτής,δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος του οικονομικού φορέα, όσο και εις βάρος:<ul style="list-style-type: none">στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), των διαχειριστών,στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Α.Ε.,στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου .δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,περί μη επιβολής σε βάρος του, της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού του άρθρου 74, παρ.4 του ν. 4412/2016. <p>Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας.</p>
2.	Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σώμα της πρόσκλησης.
3.	Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κατασκευαστικός οίκος, όπου απαιτείται.
- Ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ο προμηθευτής/ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους **για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες**

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Η παράδοση των υλικών στο γραφείο διαχείρισης υλικού , θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα δελτία παραγγελιών.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα είδη θα παραδοθούν εφάπαξ στο Τμήμα Κλινικής Διατροφής μετά την έγγραφη παραγγελία του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που τα είδη κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή, και σύμφωνα με το

κατατιθέμενο δείγμα, δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιστροφή αυτών θα γίνεται με χρέωση μεταφορικών της προσφέρουσας εταιρείας με άμεση αντικατάσταση αυτών.

- Όλα τα είδη θα μπορούν να είναι ετοιμοπαράδοτα έως 5 εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία του Νοσοκομείου.
- Η Επιτροπή Παραλαβής θα αξιολογήσει την προσφορά και ενδέχεται να ζητήσει δείγμα του προσφερόμενου είδους προκειμένου να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υλικού. Επίσης είναι αρμόδια για την σύνταξη πρακτικού παράβασης στην περίπτωση που τα παραδιδόμενα προϊόντα δεν συμφωνούν με το κατατιθέμενο prospectus ή το δείγμα.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω DocuTracks)

Μέλη Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΤ. ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β Μ/Γ
2. ΡΕΜΜΑΣ ΑΝΔΡ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΓΙΑΤΡΑ Π. ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΓΥΠΑ ΕΛ ΔΕ Δ/ΚΟΥ –ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ Μ. ΙΑΤΡΟΣ Ε.Β ΚΑΡΔ/ΓΟΣ
2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Γ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
3. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΣ. ΤΕ ΝΟΣ/ΤΡΙΩΝ
4. ΚΟΛΛΙΑ Μ. ΠΕ Δ/ΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : (μέσω DocuTracks)

1. κ. Διοικητή
2. Δ/ντή – Υπ/ντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας
3. Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος
4. Γραφείο Υλικού
5. Γραφείο Προμηθειών