



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς : Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ταχ. Κώδικας: 20131
Πληροφορίες: Φούφα Αναστασία
Τηλέφωνο: 27413-61898
Fax: 2741020529

Θέμα : Έρευνα αγοράς για τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων, **συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 167.500,00€** μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μέσω **ΕΣΗΔΗΣ**.

α/α	Κωδ. είδους	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης
1	2405-0013335	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΟΞ.ΑΤΣΑΛΙ 440 - ΜΗΚΟΥΣ 60ΜΜ	ΤΕΜ
2	2405-0013336	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΟΞ.ΑΤΣΑΛΙ 440 - ΜΗΚΟΥΣ 80ΜΜ	ΤΕΜ
3	2405-0013337	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 3,7ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 60ΜΜ	ΤΕΜ
4	2405-0013338	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 3,7ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 80ΜΜ	ΤΕΜ
5	2405-0013339	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 4,5ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 60ΜΜ	ΤΕΜ
6	2405-0013340	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 4,5ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 80ΜΜ	ΤΕΜ
7	2405-0013341	ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΑ	ΤΕΜ
8	2405-0013342	ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ	ΤΕΜ
9	2405-0013343	ΘΕΡΜΙΚΟ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ	ΤΕΜ

α/α	Κωδ. είδους	Τεχνικές προδιαγραφές	Μονάδα μέτρησης
1	2405-0013335	<p>ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΟΞ.ΑΤΣΑΛΙ 440 - ΜΗΚΟΥΣ 60MM</p> <p>Ευθύγραμμος επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης ανοιχτής χειρουργικής με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440, μήκους 60mm τόσο για <u>λεπτούς ιστούς</u> (ύψος κλειστού κλιπ 1,5mm), όσο και <u>παχείς ιστούς</u> (ύψος κλειστού κλιπ 2.00mm).</p> <p>Να δέχεται κασέτες αντιολισθητικής επιφάνειας που να εφαρμόζουν διπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλιπ σχήματος 3D από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για καλύτερη αιμόσταση εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή αιμάτωση του ιστού.</p> <p>Να διαθέτει αντιολισθητική λαβή, δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης, κυρτό σχεδιάσμα που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη σύγκλιση των σκελών και ειδικό κουμπί για το κλείδωμα των δυο σκελών του εργαλείου ώστε να επιτρέπει τον χειρισμό και την τοποθέτηση στον ιστό με το ένα χέρι. Να υπάρχει δυνατότητα επαναπυροδότησης τουλάχιστον 8 φορές, ανά ασθενή.</p>	TEM
2	2405-0013336	<p>ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΟΞ.ΑΤΣΑΛΙ 440 - ΜΗΚΟΥΣ 80MM</p> <p>Ευθύγραμμος επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης ανοιχτής χειρουργικής με ενσωματωμένη λάμα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440, μήκους 80mm τόσο για <u>λεπτούς ιστούς</u> (ύψος κλειστού κλιπ 1,5mm), όσο και <u>παχείς ιστούς</u> (ύψος κλειστού κλιπ 2.00mm).</p> <p>Να δέχεται κασέτες αντιολισθητικής επιφάνειας που να εφαρμόζουν διπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλιπ σχήματος 3D από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για καλύτερη αιμόσταση εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή αιμάτωση του ιστού.</p> <p>Να διαθέτει αντιολισθητική λαβή, δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης, κυρτό σχεδιασμό που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη σύγκλιση των σκελών και ειδικό κουμπί για το κλείδωμα των δυο σκελών του εργαλείου ώστε να επιτρέπει τον χειρισμό και την τοποθέτηση στον ιστό με το ένα χέρι. Να υπάρχει δυνατότητα επαναπυροδότησης τουλάχιστον 8 φορές, ανά ασθενή.</p>	TEM
3	2405-0013337	<p>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 3,7MM ΜΗΚΟΥΣ 60MM</p> <p>Ανταλλακτικές κασέτες για <u>λεπτούς ιστούς</u>, με ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο, ύψος ανοικτού κλιπ 3,7mm και τέσσερις γραμμές συρραφής μήκους 60mm. Τα κλιπ να κλείνουν σε τρισδιάστατη κατεύθυνση και να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια.</p>	TEM
4	2405-0013338	<p>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 3,7MM ΜΗΚΟΥΣ 80MM</p> <p>Ανταλλακτικές κασέτες για <u>λεπτούς ιστούς</u>, με ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο), ύψος ανοικτού κλιπ 3,7mm και τέσσερις γραμμές συρραφής μήκους 80mm. Τα κλιπ να</p>	TEM

		κλείνουν σε τρισδιάστατη κατεύθυνση και να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια.	
5	2405-0013339	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 4,5MM ΜΗΚΟΥΣ 60MM Ανταλλακτικές κασέτες για <u>παχείς ιστούς</u> , με ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου, να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο, ύψος ανοικτού κλιπ 4,5mm και τέσσερις γραμμές συρραφής μήκους 60mm. Τα κλιπ να κλείνουν σε τρισδιάστατη κατεύθυνση και να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια.	TEM
6	2405-0013340	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΛΙΠ 4,5MM ΜΗΚΟΥΣ 80MM Ανταλλακτικές κασέτες για <u>παχείς ιστούς</u> , με ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο), ύψος ανοικτού κλιπ 4,5mm και τέσσερις γραμμές συρραφής μήκους 80mm. Τα κλιπ να κλείνουν σε τρισδιάστατη κατεύθυνση και να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια.	TEM
7	2405-0013341	ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΑ Οπτική ίνα Laser θερμικής κατάλυσης για σύγκλιση συριγγίων. Να διατίθεται σε διαμέτρους 400-600 microns και με εκπομπή πρόσθια διάχυτη 360 μοιρών. Να είναι συμβατή με γεννήτρια Laser 1470nm με ισχύ έως 14,4 watts. Να παρέχεται ενσωματωμένο δυναμόμετρο για Live έλεγχο ισχύος δέσμης στο άκρο της οπτικής ίνας.	TEM
8	2405-0013342	ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΩΝ Οπτική ίνα Laser θερμικής κατάλυσης για αιμορροιδοπλαστική. Να διατίθεται σε διαμέτρους 400-600 microns με κωνική εκπομπή 45 μοίρες με αιχμηρό άκρο και μεταλλικό στυλεό. Στο σετ να περιλαμβάνεται διαστολέας πρωκτού. Να είναι συμβατή με γεννήτρια Laser 1470nm με ισχύ έως 14,4 watts. Να παρέχεται ενσωματωμένο δυναμόμετρο για Live έλεγχο ισχύος δέσμης στο άκρο της οπτικής ίνας.	TEM
9	2405-0013343	ΘΕΡΜΙΚΟ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΠΙΔΑΣ Θερμικό νυστέρι ηλεκτροχειρουργικής τεχνολογίας πλάσματος χαμηλής θερμοκρασίας τύπου λεπίδα για κοπή και αιμόσταση μαλακών ιστών. Να διαθέτει τηλεσκοπική λαβή και ενεργή κοπτική επιφάνεια (knife-type) από κράμα νικελίου με ειδική κεραμική επίστρωση -μόνωση τουλάχιστον 96% και κοπτική ακμή 10-15 μm. Συμβατό με τις υπάρχουσες ηλεκτροχειρουργικές γεννήτριες, χωρίς απαίτηση ειδικής γείωσης ή ιδιόκτητου εξοπλισμού.	TEM

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ